

Surabaya, 10 November 2020

Nomor : 005/RSMU/IPSR/S/XI/2020  
Lampiran : 2 (dua) Lembar  
Perihal : Pengajuan Perbaikan Autoclave Getinge CSSD

Yth. Wakil Direktur Umum dan Keuangan  
di Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan dinyatakan tidak berfungsinya alat autoclave getinge di CSSD sesuai standart oleh PT. Intergastra selaku vendor penyedia alat tersebut pada *service contract* tanggal 26 oktober 2020, maka bersama ini kami mengajukan untuk dilakukan perbaikan tahap I pada alat tersebut guna menunjang kegiatan pelayanan pada kamar operasi bagian CSSD. Adapun rincian penawaran dari vendor terlampir

Demikian surat pengajuan kami buat, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,  
Plt. Kepala Instalasi Sarana dan Prasarana



Sudarto

**Catatan**  
Perbaikan Tahap I : Pergantian feed water pump dan steril filter  
Perbaikan Tahap II : Pergantian Solenoid Valve Drain dan Door Gasket



# PT. INTERGASTRA nusantara

Ref. : IN/QSP/20.11.903.R

Jakarta, 10 November 2020

Kepada Yth:  
**DIREKTUR**  
**RS MATA UNDAAN**  
Jalan Undaan Kulon No.19  
Surabaya 60274

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan penawaran harga sparepart dan service Mesin Autoclave Getinge HS33 sebagai berikut:

NO	QTY	DESCRIPTION	UNIT PRICE	TOTAL
1.	1 bh	Feed Water Pump	Rp. 3.540.000	Rp. 3.540.000
2.	1 bh	Steril Filter	Rp. 4.000.000	Rp. 4.000.000
3.	1 ls	Biaya Pemasangan & Service	Rp. 4.000.000	Rp. 4.000.000

**Syarat dan kondisi:**

- PPN 10% : Belum termasuk
- Pengiriman : Ex. Stock
- Pembayaran : Setelah barang diterima
- Masa berlaku : 30 hari

Hormat kami,  
**PT INTERGASTRA Nusantara**

**Khusnul Manza**  
Service Support



# PT. INTERGASTRA nusantara

Jl. P. Jayakarta 24/34-35 Jakarta 10730  
Telp. : 021 - 6493880 - 6397096  
Fax. : 021 - 6298649

Ref : 32

Date: 16-10-2018

**CUSTOMER :** RS Mata Undaan

**ADDRESS :** JL Undaan Kulon No 19

**DEPARTMENT:**  Medical  Laundry  Kitchen  General

Machine

Model :

S/N :

1. Autoclave Galing
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.

H5-33

103371-6

Electric 400V 3 phase, 3 wire  Gas  Steam

**REMARKS :** - Error Pressure

yg di lakukan :

- Mengecek steam pump dengan steam pump dari RS lain. Steam pump RS tidak bekerja, proses pressure lama (teknis RS yg datang)
- Mengecek kembali steam pump dengan steam pump baru, di raba pressure di steam pump.
- Memeriksa kembali ke bagian lain di RS lain.
- Cek kembali ke RS lain.
- Mengecek tekanan steam pump ke Lemah

**SCOPE OF WORK :**

- Service
- Instalation
- Repair
- Commisioning
- .....

**SUGGESTION :**

Steam pump yg di gunakan untuk diganti :

- steam pump (1 buah)
- Solenoid drain (1 buah)
- Don gasket (1 buah)
- Steril filter (1 buah)

**CUSTOMER APPROVAL :**

**TECHNICAL :**

**S  
E  
R  
V  
I  
C  
E  
  
R  
E  
P  
O  
R  
T**



# PT. INTERGASTRA nusantara

Ref. : IN/QSP/20.11.903

Jakarta, 03 November 2020

Kepada Yth:  
**DIREKTUR**  
**RS MATA UNDAAN**  
Jalan Undaan Kulon No.19  
Surabaya 60274

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan penawaran harga sparepart dan service Mesin Autoclave Getinge HS33 sebagai berikut:

NO	QTY	DESCRIPTION	UNIT PRICE	TOTAL
1.	1 bh	Feed Water Pump	Rp. 3.540.000	Rp. 3.540.000
<del>2.</del>	<del>1 bh</del>	<del>Solenoid Valve Drain</del>	<del>Rp. 31.575.000</del>	<del>Rp. 31.575.000</del>
<del>3.</del>	<del>1 bh</del>	<del>Door Gasket</del>	<del>Rp. 3.310.000</del>	<del>Rp. 3.310.000</del>
4.	1 bh	Steril Filter	Rp. 4.000.000	Rp. 4.000.000
5.	1 ls	Biaya Pemasangan & Service	Rp. 4.000.000	Rp. 4.000.000

### Syarat dan kondisi:

- PPN 10% : Belum termasuk
- Pengiriman : Ex. Stock
- Pembayaran : Setelah barang diterima
- Masa berlaku : 30 hari

Hormat kami,  
**PT INTERGASTRA Nusantara**

  
Khusnul Manza  
Service Support

*Penawaran sebelumnya.*