

Surabaya, 06 September 2022

Nomor : 001 / RSMU / FAR / IX / 2022  
Lampiran :-  
Perihal : Evaluasi DEMO ARK

Yth. **GENERAL MEDIS PENUNJANG dan YANMED Rs. Mata Surabaya**  
di Surabaya

Dengan hormat bersama ini, kami sampaikan hasil Demo ARK yang dilaksanakan sejak tanggal 27 Juni sampai 13 Agustus 2022 di Instalasi Penunjang Medis, Instalasi Rawat Jalan dan Instalasi Premium (LASIC). Demo ARK ini dilaksanakan oleh 3 Vendor Alat Medis dengan resume hasil Demo sebagai Berikut :

NO	NAMA VENDOR	KEGIATAN	HASIL	KETERANGAN
1	PT PANCARAYA	NAMA ALAT : ARK REXXAM K-900	NO	Pergerakan ARK masih manual/tdk otomatis, tampilan simple, fokus masih manual
2	PT Ophtalindo Jaya	NAMA ALAT : ARK OPTOCHECK KODE : 15170 HARGA : Rp 408.593.077 Disc : Rp. 143.007.577 Harga Nett : Rp. 265.585.500	NO	Alat kurang Sensitif, Fitur alat sederhana, dan proses pembacaan hasil sulit, fitur alat sama dengan generasi sebelumnya
3	PT BERJAYA MANDARIN OPTO MEDIC	1. Nama alat : Canon RK – F2 2. Harga : Rp. 338.461.538 disc terlampir di penawaran nett price 236.923.077 3. Sistem pembayaran: DP 30%, setelah barang datang dan uji fungsi di cicil 2x yaitu cicil 1 35% dan cicil 2 30%, kami mengusulkan 5% retensi di bayarkan pada bulan ke 3 setelah alat tidak ada kendala pasca uji fungsi 4. Indent Barang : 45 – 60 hari 5. Garansi :all parts selama 1 tahun 6. Back Up Alat : disiapkan back up alat 7. Maintenance : 2x dalam 1 tahun	YES	Alat demo bersedia di tinggal di RS selama proses negosiasi sebagai back up pelayanan di unit rawat jalan. Akurasi alat : Cepat, tepat  Meja ARK bisa naik turun  Kelemahan Alat : - (selama demo tidak ada komplain terkait alat ARK Canon)

Undaan Kulon 19  
Surabaya 60274, Indonesia

f Rumah Sakit Mata  
Undaan Surabaya

T +6231 5343 806, 5319 619  
F +6231 531 7503  
E info@rsmataundaan.co.id

@ rs.mataundaan  
rsmataundaan.co.id



NO	NAMA VENDOR	KEGIATAN	HASIL	KETERANGAN
4	PT PUSAKA MULYA MEDIKA mengajukan 2 penawaran type ARK yaitu : a. ARK type 1A b. ARK type 1S	a. ARK Type 1A b. Harga Rp 235 jt (dengan Rincian HNA dan Disc ada pada penawaran) c. Komposisi Alat : 1. 3D Auto Tracking 2. Autoshot	Tidak ada Demo untuk ARK Jenis ini	
		a. ARK Type 1S b. Harga Rp 310 jt (dengan Rincian HNA dan Disc ada pada penawaran) c. Komposisi Alat (Features Tracking) : 1. 3D Auto Tracking 2. Auto Shot 3. Visual Acuity with Glare Test 4. Accomodation	YES	Akurasi Alat : a. Baik b. Hasil pengukuran minus akurat c. Pembacaan hasil cepat Fitur Alat: a. Pengoperasian alat mudah Fungsi alat bagus

Berdasarkan data resume diatas, Instalasi Rawat jalan dan Instalasi Lasic sudah biasa menggunakan ARK merk canon, untuk teknisi jika ada kerusakan respon cukup cepat, berdasarkan hasil demo yang dilaksanakan user hasil cukup baik dengan akurasi barang yang tepat dan akurat.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Hormat kami,  
Ka.Instalasi Farmasi,

Intan Kusumawati, S.Farm, Apt., MARS.

Mengetahui,

GM Penunjang Medis

Zainal Arifin, A.Md, PK

GM Pelayanan Medis

Zwei Sujanto, Skep, Ns

Permintaan PD&T dan LASIC ARK-1S

Harap dikonfirmasi :

1. Bisa meminjamkan ARK-1S Demo  
selama menunggu indent
2. Harga bisa mendekati ARK-1A /  
diskon ditambahkan.

Undaan Kulon 19  
Surabaya 60274, Indonesia

f Rumah Sakit Mata  
Undaan Surabaya

T +6231 5343 806, 5319 619  
F +6231 531 7503  
E info@rsmataundaan.co.id

@ rs.mataundaan  
rsmataundaan.co.id

# RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA PERMINTAAN BARANG MEDIS NON RUTIN

UNIT : PENUNJANG DIAGNOSTIK & TERAPI

TANGGAL : 6-9-2022

NO	NAMA BARANG	MEREK	NO. KATALOG	JUMLAH	PERKIRAAN HARGA	KONDISI BARANG LAMA
1.	ARK	NIDEK ARKIS		1	Rp. 310.000,000	Discontinue (sering trouble)


Menyetujui  
i. Unit EPPIT



OTTO DESYANTO

Mengetahui,  
Wadir Yan Medik

(~~Fan Ria Sylvia, SpM~~)

~~Posisi~~  


(ZALMAL ARIFIN)

Ka. Ins. Farmasi

(Intan Kusumawati)



RSMATA  
UNDAAN

RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA  
PERMINTAAN BARANG MEDIS NON RUTIN

UNIT : PELAYANAN PREMIUM

TANGGAL : 1 / Sept / 2022


NO	NAMA BARANG	MEREK	NO. KATALOG	JUMLAH	PERKIRAAN HARGA	KONDISI BARANG LAMA
1.	NIDEX ARK 15	NIDEX		1		Error .

Menyetujui  
Ka. Unit .....


Mengetahui,  
Ka. Wadir Yan Medik

Pemohon

Ka. Ins Farmasi

  
( Zuhri Sujanto )

( ..... )

  
( Larasati )

( Intan Kusumawati )



**RS MATA  
UNDAAN**

**RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA  
PERMINTAAN BARANG MEDIS NON RUTIN**

UNIT : PELAYANAN PREMIUM

TANGGAL : 1 / Sept / 2022


NO	NAMA BARANG	MEREK	NO. KATALOG	JUMLAH	PERKIRAAN HARGA	KONDISI BARANG LAMA
1.	NIDEX ARK 15	NIDEX		1		Error


Menyetujui  
Ka. Unit .....


Mengetahui,  
Ka. Wadir Yan Medik


Pemohon

Ka. Ins Farmasi

  
( Zubri Sujanto )



  
( Lar Aslan )

  
( Intan Kusumawati )



**RS MATA  
UNDAAN**

Jl. Undaan Kulon No. 17 - 19 Surabaya  
Telp. 031 5343806 , 5319619, Fax. 031 5317503

**Formulir Hasil Trial Perbekalan Farmasi**

Tanggal Trial : 23-08-2022  
 Nama User : Laras hati  
 Nama Principal / Distributor : PT. Pusaka Mulya Medica (Midelis)  
 Alamat Principal / Distributor : \_\_\_\_\_  
 Telp. HP Principal / Distributor No : \_\_\_\_\_


Nama Produk	Tipe	Penawaran Harga	Fitur Unggulan
<u>APP Midelis</u>	<u>App-1</u>		

Penjelasan Hasil Trial :  
- baik bisa terbuka virus + koneksi  
- akurat baik & tepat & akurat  
- pembacaan cepat & akurat

\* Lingkari pada pilihan Yes / No  
 Rekomendasi User terhadap Produk :

Yes

No

NAMA & PARAF  
  
 Laras

Catatan Lain :



**RS MATA  
UNDAAN**

Jl. Undaan Kulon No. 17 - 19 Surabaya  
Telp. 031 5343806 , 5319619, Fax. 031 5317503

**Formulir Hasil Trial Perbekalan Farmasi**

Tanggal Trial : 22-08-2022  
 Nama User : PALSTIANO  
 Nama Principal / Distributor : PT. Pusaka Mulya Medica (Midelis)  
 Alamat Principal / Distributor : \_\_\_\_\_  
 Telp. HP Principal / Distributor No : \_\_\_\_\_


Nama Produk	Tipe	Penawaran Harga	Fitur Unggulan
<u>APP Midelis</u>	<u>App-1</u>		

Penjelasan Hasil Trial :  
- Fitur baik  
- Hasil pengukuran minus akurat  
- Fungsi alat baik

\* Lingkari pada pilihan Yes / No  
 Rekomendasi User terhadap Produk :

Yes

No

NAMA & PARAF  
  
 Palstiano

Catatan Lain :



**RS MATA  
UNDAAN**

Jl. Undaan Kulon No. 17 - 19 Surabaya  
Telp. 031 5343806 , 5319619, Fax. 031 5317503

**Formulir Hasil Trial Perbekalan Farmasi**

Tanggal Trial : 25-08-12

Nama User : Hafiz Arman Zulpy.

Nama Principal / Distributor : PT. Pusaka Mulya Medika (Nidek)

Alamat Principal / Distributor : \_\_\_\_\_

Telp. HP Principal / Distributor No : \_\_\_\_\_


Nama Produk	Tipe	Penawaran Harga	Fitur Unggulan
<u>APK Nidek</u>	<u>APK-1</u>		

Penjelasan Hasil Trial : Baik. pengoperasian mudah.  
Akurasi hasil bola

\* Lingkari pada pilihan Yes / No  
Rekomendasi User terhadap Produk :

Yes

No

NAMA & PARAF  
 Hafiz

Catatan Lain :

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



# PT Pusaka Mulya Medika

Ruko Klampis Square B-6  
Jl. Klampis Jaya, Sukolilo, Surabaya - 60117, Indonesia  
Telp : +62 31 5912738 ; +62 31 5926481  
Email : pusakamulyamedika@ptpmm.co.id

No : 003/IH\_PMM/IX/2022  
Hal : Informasi Harga

Surabaya, 06 September 2022

Kepada Yth.  
**Direktur RS Mata Undaan**  
Jl. Undaan Kulon No.19, Peneleh,  
Genteng, Kota SBY, Jawa Timur 60274

Dengan hormat,

Bersama ini perkenankan kami sebagai distributor resmi produk Nidek, bermaksud untuk menyampaikan informasi harga alat kesehatan, sebagai berikut :

## 1. AutoRef Keratometer.

**Merk** : NIDEK.  
**Tipe** : ARK-1S

<b>Price List</b>	<b>Rp. 480.000.000,-</b>
<b>Discount</b>	<b>Rp. 170.000.000,-</b>
<b>Netto Price</b>	<b>Rp. 310.000.000,-</b>

Komposisi:

- Main Unit.
- Electrical Table
- Spherical Model Eye
- Printer Paper
- Power Cord
- Fixing Pins for Chinrest Paper
- Features :  
3D Auto Tracking  
Auto Shot  
Visual Acuity with Glare Test  
Accommodation

## 2. AutoRef Keratometer.

**Merk** : NIDEK.  
**Tipe** : ARK-1A

<b>Price List</b>	<b>Rp. 340.000.000,-</b>
<b>Discount</b>	<b>Rp. 105.000.000,-</b>
<b>Nett Price</b>	<b>Rp. 235.000.000,-</b>

Komposisi:

- Main Unit.
- Electrical Table
- Spherical Model Eye
- Printer Paper
- Power Cord
- Fixing Pins for Chinrest Paper
- Features :  
3D Auto Tracking  
Auto Shot





# PT Pusaka Mulya Medika

Ruko Klampis Square B-6

Jl. Klampis Jaya, Sukolilo, Surabaya - 60117, Indonesia

Telp : +62 31 5912738 ; +62 31 5926481

Email : pusakamulyamedika@ptpmm.co.id

Adapun kondisi informasi harga dari kami adalah sebagai berikut:

1. Harga Franco **Surabaya** dan **sudah** termasuk PPN 11%.
2. Kondisi Barang : Indent (2-3 bln )
3. Pembayaran :
  - ✓ Sistem Termin
  - 30% Down Payment,
  - 40 % setelah barang datang,
  - 30 % setelah barang terinstal,
4. Informasi harga berlaku selama 14 hari.
5. Garansi Unit All Parts selama 1 tahun diluar *Human Error*.
6. Free Preventive Maintenance sebanyak 3 kali dalam waktu 1 tahun.
7. Free Kalibrasi Unit sebanyak 1 kali dalam waktu 1 tahun.
8. Harga diatas sudah termasuk :
  - a) Ongkos Kirim Unit,
  - b) Jasa Instalasi,
  - c) Jasa Training / Refreshment Product.

Demikian informasi harga ini kami buat dan sambil menunggu kabar baik kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



**Rini Susiati**

Territory Leader of Java and Bali

Pelaksana : Fahmi

Hp. 0838-6311-4630



No : 0227-22-SUB-PM-S1  
Perihal : Penawaran Harga

Surabaya, 11 Juli 2022

Kepada Yth.  
Direktur  
RS Mata Undaan  
Jl. Undaan Kulon No,19, Peneleh  
Genteng, Surabaya, Jawa Timur 60274  
Telp. 031 - 5343806

Dengan hormat,

Terima kasih atas kerjasamanya selama ini antara RS Mata Undaan Dengan PT. Ophthalindo Jaya.  
Berikut Surat Penawaran Harga yang berlaku di Tahun 2022. Semoga kerjasama yang terjalin antara ke dua belah pihak akan semakin membawa kebaikan.

No.	Brand	No. Ijin Edar (AKL)	Nama Barang
1	Reichert ; USA	11201121271	<p><b>OptoChek Plus Auto Refractor / Keratometer - 15170</b></p> <p>Terdiri :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. OPTOCHECK UNIT ARK</li> <li>2. Kabel power</li> <li>3. Quick reference guide</li> <li>4. Chinrest paper</li> <li>5. Chinrest paper pins</li> <li>6. Printer Paper</li> <li>7. Fuse</li> <li>8. Verification model eye</li> </ol> <p>Electric Table</p> <p>Terdiri :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Table Top</li> <li>2. Elektrik Motor dan Body</li> <li>3. Kabel Power</li> <li>4. Kaki Roda Left</li> <li>5. Kaki Roda Right</li> <li>6. Baut L</li> <li>7. Kunci L</li> <li>8. Laci instrument</li> <li>9. Manual Book</li> </ol>
			<p>Harga : Rp. 408.593.077,- Disc. 35% : Rp. 143.007.577,- Harga Setelah Disc : Rp. 265.585.500,-</p>

**PT. OPHTHALINDO JAYA**

MGK Kemayoran Kantor Blok A No. 8-9,  
Jalan Angkasa Kav B-6, Kota Baru, Kemayoran,  
Jakarta Pusat 10610 - Indonesia

+62-21 2937 1382 [Phone] | +62-21 2937 1381 [Fax] | +62 8211 0628 189  
info@ophthalindo.com | www.ophthalindo.com



**OPHTHALINDO**

No : 0227-22-SUB-PM-S1

Surabaya, 11 Juli 2022

**Ketentuan :**

1. Harga dalam mata uang Rupiah dan sudah termasuk PPN 11%.
2. Harga tidak terikat, dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
3. Garansi 1 (satu) tahun, bukan atas human error, tidak termasuk Force Majure.
4. Untuk unit *Ready Stock*, Pembayaran 30 hari setelah barang diterima dan di *install*.
5. Untuk unit *Indent*, *Down Payment* 30%, cicilan ke-1 senilai 40% dibayarkan ketika unit di *install* dan cicilan ke-2 senilai 30% dibayarkan dengan jangka waktu 30 hari setelah barang di terima dan di *install*.
6. Jangka waktu indent, tergantung kondisi *Shipment*.
7. Franko Surabaya.



Demikian informasi ini kami ajukan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**PT. Ophthalindo Jaya**

**Gabriella S.**  
Manager

Contact Person :

Bapak Petrus 0811 307 621



## OptoChek™ Plus Auto Refractor + Keratometer

The all-new Reichert® OptoChek™ Plus Auto Refractor + Keratometer is thoughtfully designed and packed with powerful features that streamline the pre-test process for all eye care practitioners, making it a welcomed addition to our renowned family of lane and refraction equipment. The OptoChek™ Plus is fast, simple, and best of all, allows you to easily obtain important pre-test measurement information at the start of your exam quickly and accurately.

### Slim and Elegant Design

Featuring a slim, ergonomic profile and compact footprint, the OptoChek™ Plus saves valuable space and fits seamlessly into existing pre-test rooms and office settings. It even has a small storage compartment located on its top for convenient stowing of essential supplies and accessories.

## OptoChek™ Plus

Catalog Number: 15170 Auto Refractor + Keratometer

### Specifications:

#### Refractive Measurement Range

Sphere	-30D to +22D (in case VD=12) (Step: 0.12/0.25D)
Cylinder	0 to ± 10D (Step: 0.12/.25D)
Axis Angle	1 to 180° (Step: 1°)

#### Keratometry Refraction Range

Radius of Curvature	5.0 to 10.0 mm (Step: 0.01 mm)
Corneal Power	33.75 to 67.5D (Corneal refractive n=1/3375) (Step: 0.12/0.25D)
Degree of Corneal Astigmatism	0 to ±10D (Step: 0.12/0.25D)
Axis Angle	1 to 180° (Step: 1°)

#### Refraction

Pupil Diameter Measurement Range	2.0 to 8.5 mm (Step: 0.01 mm)
PD Measurement Range	85 mm (Step: 1 mm)
Vertex Distance	0, 10, 12, 13.5, 15 mm
Minimum Pupil Diameter	2.0 mm
Printer	Thermal line printer (Paper width: 58 mm)
Internal Monitor	145 mm (5.7 inches) color LCD monitor

#### Positioning Range of Measurement Unit

Front/ Back	±22 mm
Right/ Left	±43 mm
Up/ Down	±17 mm
Vertical Adjustment Range of Chinrest	±30 mm
Output	RS-232C

#### Size


Weight, Unpacked	28.1 Kg (12.8 lbs)
Height	46.4 cm (18.3 in.)
Width	22.9 cm (9.0 in.)
Depth	42.9 cm (16.9 in.)

#### Electrical

Input Power	100 to 240V @ 50/60Hz, 60 VA
Fuse	T2AL 250 VAC
Bluetooth Power Source	5 VDC ± 5% @ 200 mA (typical)
Power Saving Function	OFF, 3, 5, 10 min. (switchable)

## OptoChek™ Plus

Auto Refractor + Keratometer



**Formulir Hasil Trial Perbekalan Farmasi**

Tanggal Trial : 1/9/2022.

Nama User : Larasahat.

Nama Principal / Distributor : PT optalmido Jaya

Alamat Principal / Distributor : \_\_\_\_\_

Telp. HP Principal / Distributor No : \_\_\_\_\_

Nama Produk	Tipe	Penawaran Harga	Fitur Unggulan
<u>Optochef plus ARI - Reichert</u>	<u>Aimed</u>		

Penjelasan Hasil Trial : - Kurang sensitif dalam pemberian.

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\* Lingkari pada pilihan Yes / No  
**Rekomendasi User terhadap Produk :**

Yes

No

NAMA & PARAF

Larasahat.

Catatan Lain :

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



**RS MATA  
UNDAAN**

Jl. Undaan Kulon No. 17 - 19 Surabaya  
Telp. 031 5343806 , 5319619, Fax. 031 5317503

**Formulir Hasil Trial Perbekalan Farmasi**

Tanggal Trial : 4/9/2022

Nama User : PRISNANTO

Nama Principal / Distributor : PT- Ophthalmo Jaya

Alamat Principal / Distributor : \_\_\_\_\_

Telp. HP Principal / Distributor No : \_\_\_\_\_

Nama Produk	Tipe	Penawaran Harga	Fitur Unggulan
<u>Optochest plus APE - Reichert</u>	<u>Almed</u>		

Penjelasan Hasil Trial : - fitur sederhana  
- Pembacaan mata sulit /

\* Lingkari pada pilihan Yes / No  
**Rekomendasi User terhadap Produk :**

Yes  **No**

NAMA & PARAF  
Tanto

Catatan Lain :

\_\_\_\_\_

**Formulir Hasil Trial Perbekalan Farmasi**

Tanggal Trial : 1/9/2022.

Nama User : HAFIS

Nama Principal / Distributor : PT. Ophthalindo Jaya

Alamat Principal / Distributor : \_\_\_\_\_

Telp. HP Principal / Distributor No : \_\_\_\_\_


Nama Produk	Tipe	Penawaran Harga	Fitur Unggulan
<u>Opto check plus Ape - Reichert</u>	<u>Almond</u>		

Penjelasan Hasil Trial :  
- pengoperasian lumayan mudah  
- Fitur sama seperti generasi sebelumnya  
- tampilan fitur lebih modern.

\* Lingkari pada pilihan Yes / No  
Rekomendasi User terhadap Produk :

Yes

No

NAMA & PARAF  


Catatan Lain :  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_



Surabaya, 30 Agustus 2022

Nomor : 1250/RSMU/DIR/VIII/2022  
Lampiran :-  
Perihal : Jawaban Permohonan Demo

Yth. **Pimpinan PT. Ophthalindo Jaya**  
di Tempat

Dengan hormat,


Berdasarkan surat nomor : 047-OJ-EL-B-VIII-2022 Tanggal 19 Agustus 2022 perihal Permohonan Demo Alat Kesehatan, maka kami sampaikan bahwa tidak berkeberatan untuk pelaksanaan demo di RS Mata Undaan Surabaya dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama Alat	Waktu pelaksanaan	Tempat Pelaksanaan
1.	OptoCheck Plus Auto Refractor + Keratometer – 15170 (Reichert)	31 Agustus – 07 September 2022	Instalasi Rawat Jalan dan Layanan Premium

Adapun teknis pelaksanaan demo dapat menghubungi Ibu Intan Kusumawati, S.Farm., Apt., MARS (Manajer Instalasi Farmasi) di nomor 031-5319619 Ext. 1145.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas kerjasama dan perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,  
a.n. Direktur,  
Wakil Direktur Pelayanan,



RS MATA  
UNDAAN

dr. Muhammad Hikam Alimy, M.Kes.





## **SOP PENGOPERASIAN ARK OPTOCHECK PLUS REICHERT**

1. Sambungkan unit dengan kabel power ke sumber listrik
2. Unit dinyalakan dengan menekan tombol ON di sebelah kanan unit
3. Unit akan menyala dan muncul menu awal
4. Pilih menu R/K jika ingin pengukuran refraktometer sekaligus keratometer
5. Pilih menu "Ref" jika ingin pengukuran refraktometer saja
6. Pilih menu "Ker" jika ingin pengukuran keratometer saja
7. Selain itu terdapat menu "VD" untuk memilih Vertex distance, menu "CL" untuk memilih Contact Lens dan menu "IOL" (menu tersebut sesuai kebutuhan user)
8. Setelah memilih sesuai yg dibutuhkan, unit sudah bisa untuk memulai pengukuran
9. Indikator right disebelah pojok kiri atas adalah untuk pengukuran mata kanan, dan sebaliknya indikator left di sebelah pojok kanan atas untuk pengukuran mata kiri
10. Setelah itu posisikan aligmet ke dalam kornea pasien sampai aligment tersebut berwarna hijau, dengan sendirinya alat akan menampilkan hasil pengukurannya sebanyak 3 kali pengambilan
11. Jika aligment berwarna merah berarti aligment belum fokus ke target / kornea pasien
12. Setelah muncul hasilnya , pilih menu print (gambar indikator printer) untuk mencetak hasil, dan jika ingin menghapus pilih menu hapus (gambar indikator kotak sampah)
13. Matikan alat jika sudah tidak digunakan dengan menekan tombol OFF

# FORM EVALUASI KLINIS

Nama Produk: OPTOCHECK PLUS REICHERT Tanggal: 1/9/2022

Nama Dokter :

Nama Organisasi/RS/Klinik : RS MATA UNDAAN

Jenis>Nama Operasi :

Merek Produk yang sedang dipakai : OPTOCHECK PLUS REICHERT. (15170).

Tolong diberikan nilai atas produk kami :

(5=Sangat Bagus, 4=Bagus, 3=Sedang, 2=Kurang, 1=Sangat Kurang)

- |                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| a. Kenyamanan penggunaan | 5 / 4 / 3 / (2) / 1 |
| b. Kemudahan Penggunaan  | 5 / 4 / 3 / (2) / 1 |
| c. Kualitas Produk       | 5 / 4 / (3) / 2 / 1 |
| d. Kesan Keseluruhan     | 5 / 4 / (3) / 2 / 1 |

Komentar atau Saran jika ada.

tidak ada peningkatan dari alat yg lama.

Terima kasih atas bantuannya dalam melakukan evaluasi Produk kami.



Silahkan menghubungi kami di:

**PT. OPHTHALINDO JAYA**

email: [info@ophthalindojaya.com](mailto:info@ophthalindojaya.com)


MGK Kemayoran Kanto Blok A No. 7,

Jakarta Pusat 10610

Tel: +62-21-29371382, Fax: +62-21-29371381

Tanda Tangan Dokter

(\_\_\_\_\_)

  
LARAS

# FORM EVALUASI KLINIS

Nama Produk :

Tanggal :

Nama Dokter :

Nama Organisasi/RS/Klinik :

Jenis>Nama Operasi :

Merek Produk yang sedang dipakai :

Tolong diberikan nilai atas produk kami :

(5=Sangat Bagus, 4=Bagus, 3=Sedang, 2=Kurang, 1=Sangat Kurang)

- |                          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|--------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a. Kenyamanan penggunaan | 5 | / | 4 | / | 3 | / | 2 | / | 1 |
| b. Kemudahan Penggunaan  | 5 | / | 4 | / | 3 | / | 2 | / | 1 |
| c. Kualitas Produk       | 5 | / | 4 | / | 3 | / | 2 | / | 1 |
| d. Kesan Keseluruhan     | 5 | / | 4 | / | 3 | / | 2 | / | 1 |

Komentar atau Saran jika ada.

Terima kasih atas bantuannya dalam melakukan evaluasi Produk kami.



Silahkan menghubungi kami di:

**PT. OPHTHALINDO JAYA**

email: [info@ophthalindojaya.com](mailto:info@ophthalindojaya.com)

MGK Kemayoran Kanto Blok A No. 7,

Jakarta Pusat 10610

Tel: +62-21-29371382, Fax: +62-21-29371381

Tanda Tangan Dokter

( \_\_\_\_\_ )