

Surabaya, 18 Agustus 2022

Nomor : 003/RSMU/FAR/VIII/2022
Lampiran : -
Perihal : Evaluasi DEMO Microsurgery

Yth. GENERAL MEDIS PENUNJANG dan YANMED Rs. Mata Surabaya
di Surabaya

Dengan hormat bersama ini, kami sampaikan hasil Demo Microsurgery yang dilaksanakan sejak tanggal 05 Juli sampai 15 Juli 2022 di Instalasi Lasic + Kamar Operasi (oleh PT CITRA Vita Buana) dan PT Surgika Alkesindo pada tanggal pelaksanaan 28 Juni 2022 sampai 15 Agustus 2022 dengan resume hasil Demo sebagai Berikut :

NO	KEGIATAN	HASIL DEMO	KETERANGAN
1	PT CITRA VITA BUANA	1. Coagulasi Berjalan Baik 2. Cutting Berjalan Baik 3. Blend sangat Efektif	Merk Alat Medis Surgitron Dual 120 Merk Elmann
2	PT SURGIKA ALKESINDO	1. Coagulasi berfungsi baik 2. Cutting tidak Berfungsi Baik 3. Gampang lengket sehingga fungsi tidak berjalan baik	Merk Alat Medis Curis Diathermi BM 1700

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Hormat kami,
Ka.Instalasi Farmasi,



Intan Kusumawati, S.Farm, Apt., MARS.

Mengetahui,

GM Penunjang Medis

Zainal Arifin, A.Md, PK

GM Pelayanan Medis



Zwei Sujanto, Skep, Ns

Perhatikan :

Segera ditandatangani untuk menunjang pengaperaan layanan bestetik.

Undaan Kulon 19
Surabaya 60274, Indonesia
T +6231 5343 806, 5319 619
F +6231 531 7503
E info@rsmataundaan.co.id

f Rumah Sakit Mata
Undaan Surabaya
@ rs.mataundaan
rsmataundaan.co.id



**RSMATA
UNDAAN**

Jl. Undaan Kulon No. 17 - 19 Surabaya
Telp. 031 5343806 , 5319619, Fax. 031 5317503

Formulir Hasil Trial Perbekalan Farmasi

Tanggal Trial : 05 Juli 2022

Nama User : Dr. Yana Posita SpM

Nama Principal / Distributor : PT- CITRA VITA BUANA

Alamat Principal / Distributor : _____

Telp. HP Principal / Distributor No : _____

Nama Produk	Tipe	Penawaran Harga	Fitur Unggulan
<u>Surgiton Dual 120 merk</u>	<u>Almed</u>		
<u>Cynasure Inc (Elman)</u>	<u>Diathermy</u>		


Penjelasan Hasil Trial :

- adagulan bersalam baik
- adagulan bersalam baik
- blend → sangat efektif.


Lingkari pada pilihan Yes / No
Rekomendasi User terhadap Produk :

Yes

No mengetahui.
Karyati. Ok.


KARYATI

NAMA & PARAF


Dr. Yana

Catatan Lain :



**RSMATA
UNDAAN**

Jl. Undaan Kulon No. 17 - 19 Surabaya
Telp. 031 5343806 , 5319619, Fax. 031 5317503

Formulir Hasil Trial Perbekalan Farmasi

Tanggal Trial : 28 Juni 2022

Nama User : Dr. Yana Rosita SpM

Nama Principal / Distributor : Pt. Surgika Alkesindo

Alamat Principal / Distributor : _____

Telp. HP Principal / Distributor No : _____

Nama Produk	Tipe	Penawaran Harga	Fitur Unggulan
<u>CUPIS Diet hermi'</u>	<u>BM 1700</u>		

Penjelasan Hasil Trial :

. Coagulasi → LERFUS
. with (flu) berisingi zait
. Probiy gameng lengket → schuss
Fungsi tdk bersama Ban

* Lingkari pada pilihan Yes / No

Rekomendasi User terhadap Produk :


Yes

No

Yana Rosita
7/2/2022

NAMA & PARAF
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> dr. Yana Rosita, SpM SIP: 403.446/01156/1/P.DS/436.7.2/2018 </div>

Catatan Lain :



PT Surgika Alkesindo
 Jl. Irfan Suprpto No. 60 Gedung Indra Senral
 Unit G-H, Jakarta Pusat
 Ph.(021) 425 3634 Fax.(021) 425 3635

Surat Jalan Demo

Tanggal	No.
21 Mei 2022	IP.KE.TD.20500376

Didemokan untuk
 RSM Mata Undaan - Surabaya

Gudang Asal
 Gudang Demo Jakarta

Contact Person WENNY MAJENDRA

Contact Person adalah pemanggung jawab atas produk selama didemokan dan surat jalan harus dikembalikan.

No.	Kode Barang	Deskripsi Barang	L/TT/SN/ED	Kuantitas	Satuan	Label	Keterangan
1.	GF1 360100-01	RF-Generator Cuis RM 1700 Mono/ Bipolar	SN:RM17000-607191711 +Kabel Power Abt	1	PCS	FLOOR CP102	SN:RM17000-607191711 +Kabel Power Abt
2.	SL1 360110	1 outswitch 2 Pinak	SN:00611	1	PCS	FLOOR CP102	SN:00611
3.	SE1 360701	Explosion Proof 4m Cable 2.4mm Electrode T'end w/ 2 Ring for ESD Sutter Cuis & US Type	LN:LOS / Needle Electrode 21191-912	1	PCS	FLOOR CP102	LN:LOS / Needle Electrode 21191-912
4.	GF1 370154	Wpater Cable, Safety Plug Jm		1	PCS	FLOOR CP102	
5.	RB5 20195-55	Bipolar Insaps PREMIUM. bayonet, tip 0.4 mm, very fine. length 200 mm	LN:50525	1	PCS	FLOOR CP102	LN:50525
6.	RB5 20184-08	patient plate cable. Martin Standard, 1 m for patient plates with contact stud		1	PCS	FLOOR CP102	
7.	GF1 360000	Uega Generator Trolley CURIS Height 977mm w/ 2 Wire Baskets	-Perpanjangkan-1 20JUN22 sd 04JUL22	1	PCS	FLOOR CP102	-Perpanjangkan-1 20JUN22 sd 04JUL22

Unit sudah di ambil tgl 15/8 2022

Wenny

Fendi

Ketersignan :
 PM: Devi

Jangka waktu produk yang didemokan 14 hari dari tanggal surat jalan demo

Ditanyakan oleh,

Diperiksa oleh,
 Kepala Gudang & Kurir

Ditama oleh,

Ditama oleh,
 (Nama Jelas)



Lembar 1 : Gudang Lembar 2 : Customer Lembar 3 : Marketing Lembar 4 : Accounting Lembar



Surabaya, 25 Juni 2022

Nomor : 036/SK-ADM/CVB.S/VI/2022
Perihal : Permohonan Uji Coba Alat

Kepada Yth,
Direktor Rumah Sakit Mata Undaan
Jl. Undaan Kulon No. 19
Surabaya

Dengan hormat,

Berdasarkan permintaan RS Mata Undaan untuk uji coba alat **Surgitron Dual 120 Merk Cynosure Inc (Eliman)**, bersama surat ini, kami dari PT Citra Vita Buana selaku agen tunggal produk tersebut mohon ijin untuk melaksanakan Uji Coba Alat untuk produk sbb :

No.	NAMA PRODUK	MERK / TIPE	ORIGINAL
1.	Surgitron Dual 120	Cynosure (Eliman) /Surgitron Dual 120	USA

Waktu uji coba 1 (satu) minggu

Adapun jadwal pelaksanaan Uji Coba Alat untuk produk tersebut di atas, kami mengikuti jadwal yang sudah ditentukan oleh pihak Rumah Sakit.

Demikian surat permohonan ini kami buat, atas perhatian dan kerjasama yang baik, diucapkan banyak terima kasih.

Hormat kami,
PT. CITRA VITA BUANA



Senti Indriani
Direktur

Jl. M. Hasibuan, Ruko Suncity Square Blok E-18, RT.004 / RW.002, Margajaya, Bekasi Selatan
Kotamadya Bekasi - Jawa Barat. Telp. : 021 8866722 - Fax. : 021 8866628

Cabang :

Ruko Mangga Dua Blok A8/17, Jagir Wonokromo
Surabaya - Jawa Timur. Telp. 031 8477772 Fax. 031 8433707

Acc uji coba alat
tgl 5-11 Juli 2022
Mohon koordinasi
unit terkait. Tks

[Handwritten signature]

dr. HIKEN

OK
[Handwritten signature]
dr. HIKEN



Surabaya, 24 Juni 2022

No : 055/SK-PEN/CVB.S/VI/2022
Lampiran :
Perihal : Penawaran Produk

Kepada Yth.
Direktur RS Mata Undaan
Jl. Undaan Kulon No. 19
Surabaya

Dengan hormat,
Menindaklanjuti permintaan RS Mata Undaan terhadap penawaran produk Radiosurgery Merk Ellman (Cynosure Inc) yang kami pasarkan, bersama ini kami sampaikan penawaran terhadap produk dimaksud sebagai berikut :

RADIOSURGERY

Surgitron Dual 120 Harga : Rp. 278.475.000-

Accessories :

- 1 Pc Dual Frequency Footswitch and Cable
- 1 Pc Bipolar Cord/Bipolar Cable
- 1 Pc IEC 3 Botton Fingerswitch HP w/Locking Chuck Reusable
- 1 Pc IEC Foot Controled Handpiece
- 1 Pc Neutral Plate
- 1 Set Standard Electrode S10B (7 Pcs Electrode)
- 1 Pc Bipolar Forceps
- 1 Pc Trolley
- 1 Pc Stabilizer

Spesification :

- **Output Frequency**
4.0 MHz (Monopolar)
1.7 Mhz (Bipolar)
- **Line Voltage**
110 - 240 Volts
- **Output Power**
Monopolar Cut: 120 Watts
Monopolar Blend: 90 Watts
Monopolar Coag: 60 Watts
Monopolar Fulgurate: 45 Watts
Bipolar: 120 Watts

Jl. M. Hasibuan, Ruko Suncity Square Blok E-18, RT.004 / RW.002, Margajaya, Bekasi Selatan
Kotamadya Bekasi - Jawa Barat. Telp. : 021 8866722 • Fax. : 021 8866828

Cabang :

Ruko Mangga Dua Blok A8/17, Jagir Wonokromo
Surabaya – Jawa Timur. Telp. 031 8477772 Fax. 031 8433707



PT. CITRA VITA BUANA
medical supplier

Kondisi penawaran yang kami ajukan sebagai berikut :

1. Harga Nett Include PPN
2. Penawaran berlaku selama 1 bulan
3. Ready Stok untuk saat ini

Keterangan Pembayaran :

- DP 20% pada saat alat di kirimkan
- Pelunasan 30 (tiga puluh) hari setelah instalasi dan uji fungsi alat

Demikian penawaran ini kami sampaikan untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut.
Atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Citra Vita Buana



Santi Indriani
Direktur

Jl. M. Hasibuan, Ruko Suncity Square Blok E-18, RT.004 / RW.002, Margajaya, Bekasi Selatan
Kotamadya Bekasi - Jawa Barat. Telp. : 021 8866722 • Fax. : 021 8866828

Cabang :

Ruko Mangga Dua Blok A8/17, Jagir Wonokromo
Surabaya – Jawa Timur. Telp. 031 8477772 Fax. 031 8433707



No. : SP/SBY/SAN/22/0759
Hal : Surat Permohonan Presentasi

Surabaya, 13 Mei 2022

Kepada Yth :
Direktur
RS Mata Undaan
Surabaya

Dengan Hormat,

Kami PT. SURGIKA ALKESINDO adalah Perusahaan / Distributor yang bergerak di bidang alat-alat kesehatan, di antara nya adalah produk dengan merk "**Sutter Type CURIS MICROSURGICAL RADIOFREQUENCY GENERATOR**".

Bersama ini kami memohon izin untuk melakukan Presentasi Alat di **RS Mata Undaan**. Mengenai hari dan tanggal nya kami serahkan ke pada pihak Rumah Sakit untuk menentukan waktu yang paling berkenan.

Kami berharap pihak di **RS Mata Undaan**, dapat mengabulkan permohonan kami ini.

Demikian surat Permohonan presentasi ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama nya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
PT. SURGIKA ALKESINDO



Deddy Rustandy
Area Sales Manager

Handwritten note:
see dr. TN -> Pelaks. dr. ...
Tgl 20/5/22

PT Surgika Alkesindo – Jakarta Head Office
Gedung Indra Sentral Unit G-H, Jl. Letjen Suprpto No. 60 Cempaka Putih Barat, Jakarta, 10520, Indonesia
Telp: ☎ 021-4253634 Fax: 021-4253635

PT Surgika Alkesindo – Surabaya Representative Office
Ruko Mega Galaxy 16B no 22-23, Jalan. Dr. Ir. H. Soekarno No.10, Klampis Ngasem, Kec. Sukolilo, Kota Surabaya, Jawa Timur 60146
Telp: ☎ 031 - 5923393 ✉ surabaya@surgika.com
Customer Care: 1500 – 187 ☎ customer.care@surgika.com





Surabaya, 13 Mei 2022

No. : SPH/SBY/SAN/22/0755
Hal. : Penawaran

Kepada Yth :
Direktur
RS Mata Undaan
Surabaya

Dengan hormat,

Bersama ini kami, **PT. SURGIKA ALKESINDO** selaku agen tunggal alat-alat kesehatan, mengajukan penawaran harga sebagai berikut:

NO	DESCRIPTION	BRAND	HARGA REGULER
1	CURIS MICROSURGICAL RADIOFREQUENCY GENERATOR	SUTTER	Rp 485.539.185,90

Dengan kondisi penawaran sebagai berikut :

- Pengiriman barang : 2 – 3 bulan
- Pembayaran : 40% pada saat konfirmasi order 60% pada saat barang diterima (maksimal 14 hari setelah barang diterima)
- Harga sudah termasuk PPN 11%
- Harga Franko Jakarta
- Penawaran ini berlaku sampai dengan tanggal 30 Juni 2022

Demikian penawaran ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami sampaikan terima kasih.

Hormat Kami,
PT. SURGIKA ALKESINDO

Wempy Mahendra
Sales Executive

Mengetahui,

Deddy Rustandy
Area Sales Manager

PT Surgika Alkesindo – Jakarta Head Office
Gedung Indra Sentral Unit G-H, Jl. Leljen Suprpto No. 60 Cempaka Putih Barat, Jakarta, 10520, Indonesia
Telp: 021-4253634 Fax: 021-4253635

PT Surgika Alkesindo – Surabaya Representative Office
Ruko Mega Galaxy 16B no 22-23, Jalan. Dr. Ir. H. Soekarno No.10, Klampis Ngasem, Kec. Sukolilo, Kota Surabaya,
Telp: 031 - 5923393 surabaya@surgika.com
Customer Care: 1500 – 187 customer.care@surgika.com



Lampiran

NO	CODE	Description	QTY
1	360100-01	RF-Generator CURIS®	1
2	360110	Foot-switch, 2 pedals explosion proof, 4m cable Class IPX8	1
3	370154L	Bipolar cable 3m, safety plug, for instruments with European flat connector. Generator: Sutter CURIS®	1
4	780148SG	SUPERGLIS NON STICK BIPOLAR BAYONET	1
5	360704	Monopolar electrode pencil 3m, with 2 finger switches for Ø2,4mm electrodes for Sutter CURIS®	1
6	360321	ARROW TIP MONOPOLAR MICRODESSECTION	1
7	360321	ARROW TIP MONOPOLAR MICRODESSECTION	1
8	360238	CABLE PATIENT PLATE	1
9	201930-82	PATIENT PLATE	10
10	OTH-TROLLEY	trolley	1

PT Surgika Alkesindo – Jakarta Head Office

Gedung Indra Sentral Unit G-H, Jl. Leljen Suprpto No. 60 Cempaka Putih Barat, Jakarta, 10520, Indonesia

Telp: ☎ 021-4253634 Fax: 021-4253635

PT Surgika Alkesindo – Surabaya Representative Office

Ruko Mega Galaxy 16B no 22-23, Jalan. Dr. Ir. H. Soekarno No.10, Klampis Ngasem, Kec. Sukolilo, Kota Surabaya,

Telp: ☎ 031 - 5923393 ✉ surabaya@surgika.com

Customer Care: 1500 – 167 ✉ customer.care@surgika.com