

Surabaya, 30 April 2024

Nomor : 005/RSMU/FAR/ IV/2024
Lampiran : -
Perihal : Evaluasi Alat Patient Monitor

**Yth. GENERAL MEDIS PENUNJANG dan YANMED Rs. Mata Surabaya
di Surabaya**

Dengan hormat bersama ini, kami sampaikan hasil Demo patient monitor yang dilaksanakan sejak tanggal 23 April 2024 – 29 April 2024 di Instalasi Kamar Bedah (OK) dengan resume hasil Demo sebagai Berikut :

NO	KEGIATAN	HASIL DEMO	KETERANGAN
1	PT GLOMEDA (Patient monitor Philips) Harga penawaran : Rp100.000.000 Harga sudah PPN 11% DP 30 % saat PO, pelunasan 70 % saat instalasi. Garansi 1 tahun.	DEMO DILAKSANAKAN PADA TANGGAL 23 April 2024 – 29 April 2024	HASIL DEMO : 1. Dr. Arindyah : - Layar monitor kurang besar. - Ada alarm yang terus bunyi - Belum terbiasa dengan suaranya - ETCO ₂ belum ada. 2. Wahyu Dian Puspa : - Layar monitor kurang lebar - EtCO ₂ belum ada - Suara monitor tidak familiar. 3. Rahman Hakim : - Lumayan baik

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Hormat kami,
Ka.Instalasi Farmasi,



Apt. Antonius Bayu Aribowo, S.Farm
Mengetahui,

GM Penunjang Medis



Zainal Arifin, A.Md, PK

GM Pelayanan Medis

20/5


Zwei Sujanto, Skep, Ns

Nb. Fitur ETCO₂ sangat diperlukan oleh user, sementara alat ini tidak mengkomodir, mohon dikomunikasikan ke vendor agar bisa dikomunikasikan akan kebutuhan ETCO₂ tsb.

Rlb: 20/5²⁴

1. Konfirmasi ke user dan Vendor → Alat sudah tersedia ETCO₂
2. Proses sesuai prosedur → Negosiasi harga.



**RS MATA
UNDAAN**

Jl. Undaan Kulon No. 17 - 19 Surabaya
Telp. 031 5343806 , 5319619, Fax. 031 5317503

Formulir Hasil Trial Perbekalan Farmasi *1 DEMO ALMED*

Tanggal Trial : 29 April 2024
 Nama User : Dr. Arindyah SpAn.
 Nama Principal / Distributor : Pt. Global Medika Persada
 Alamat Principal / Distributor : _____
 Telp. HP Principal / Distributor No : _____

Nama Produk	Tipe	Penawaran Harga	Fitur Unggulan
Patient Monitor (Phillips)	Soldway 6520		

Penjelasan Hasil Trial :
 - Layar Monitor kurang besar
 - Ada alarm yg beris^{xx} bunyi meski sdh setting
 - ~~Suara~~ Mudah digunakan
 - Belum terbiasa dg suaranya

* Lingkari pada pilihan Yes / No
 Rekomendasi User terhadap Produk :

Yes No

[Handwritten mark]

NAMA & PARAF
[Signature]
 Arindyah

Catatan Lain : _____



**RS MATA
UNDAAN**

Jl. Undaan Kulon No. 17 - 19 Surabaya
Telp. 031 5343806 , 5319619, Fax. 031 5317503

Formulir Hasil Trial Perbekalan Farmasi *1 DEMO ALMED*

Tanggal Trial : 22 April 2024
 Nama User : Wahyu Dian Purpa, S.kep.Np
 Nama Principal / Distributor : Pt. Global Medika Persada
 Alamat Principal / Distributor : _____
 Telp. HP Principal / Distributor No : _____

Nama Produk	Tipe	Penawaran Harga	Fitur Unggulan
Patient Monitor (Phillips)	Soldway 6520		

Penjelasan Hasil Trial :
 layar monitor kurang besar -
 belum familiar dg alarm monitor, terdengar ada jelek yg kurang jelas
 et CO2 dan tekanan ;
 lebih baik daripada trial sebelumnya.

* Lingkari pada pilihan Yes / No
 Rekomendasi User terhadap Produk :

Yes No

[Handwritten mark]

NAMA & PARAF
[Signature]
 Dian

Catatan Lain : _____



**RSMATA
UNDAAN**

Jl. Undaan Kulon No. 17 - 19 Surabaya
Telp. 031 5343806 , 5319619, Fax. 031 5317503

Formulir Hasil Trial Perbekalan Farmasi (DEMO ALMEI)

Tanggal Trial : 23 April 2024

Nama User : Rahman Hakim, Skep.Ns

Nama Principal / Distributor : PT- GLUHAR MEDIK PERSADA


Alamat Principal / Distributor : _____

Telp. HP Principal / Distributor No : _____

Nama Produk	Tipe	Penawaran Harga	Fitur Unggulan
<u>Patient Monitor (philips)</u>	<u>5520</u>		

Penjelasan Hasil Trial : Lumayan Baik

* Lingkari pada pilihan Yes / No
Rekomendasi User terhadap Produk : Yes No

 NAMA & PARAF
Rahman Hakim

Catatan Lain : _____



**RS MATA
UNDAAN**

**RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA
PERMINTAAN BARANG MEDIS NON RUTIN**

UNIT : Kamar Bedah > Sterilisasi Sentral


TANGGAL : 16 / 05 / 2024

NO	NAMA BARANG	MEREK	NO. KATALOG	JUMLAH	PERKIRAAN HARGA	KONDISI BARANG LAMA
1.	Patient Monitor	Phillips	630E + EtCO ₂	1 unit	Rp. 100.000.000,-	Rusak


Menyetujui
Ka. Unit ...*DF & SS*.....



Mengetahui,
Ka. Wadir Yan Medik


Dr. Hikam

Pemohon


20/24
2024

Ka. Ins Farmasi


Antonius Bayu
(.....ti)



**RS MATA
UNDAAN**

**RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA
PERMINTAAN BARANG MEDIS NON RUTIN**

UNIT : Kamar Bedah : Sterilisasi Antraal

TANGGAL : 16 / 05 / 2024

NO	NAMA BARANG	MEREK	NO. KATALOG	JUMLAH	PERKIRAAN HARGA	KONDISI BARANG LAMA
1.	Patient Monitor	Phillips	630E + 2100	1 unit	Rp 100.000.000.-	FURANG

Menyetujui
Ka. Unit ...*Dr. S.S.C.*.....

Mengetahui,
Ka. Wadir Yan Medik

Pemohon

Ka. Ins Farmasi

(*[Signature]*)
Fyfa

(*[Signature]*)
DR Hikam
[Redacted] es)

(*[Signature]*)
Jamal Anfar
20/05/24
[Redacted])

(*[Signature]*)
Antonius Rayu
[Redacted] i)



No Surat : 178/SPH/GMP-SBY/2024
Perihal : Penawaran Harga

Surabaya, 24 April 2024

Kepada Yth,
Direktur RS Mata Undaan
di
Tempat

Dengan Hormat,

Bersama surat ini kami hendak memberikan penawaran harga untuk produk kami sebagai berikut :

No	Nama Barang	Qty	Harga Setelah Disc
1	<p>Patient Monitor Type : G30E + EtCO2 Merk : Philips</p>  <p>Terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> - G30 patient monitor (touch screen 10.4 inch - B36 Std Config (Adult) - E05 Built-in recorder - E50 Li-Ion Battery - G16 Std adult kit - E05 Skin Surface Temperature Probe - Adult Foam ECG Electrode Disposable - Etco2 sensor mainstream Capnography (config for adult) 	1	Rp 100,000,000
2	<p>Patient Monitor Type : CM12 + EtCO2 Merk : Philips</p>  <p>Terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Efficia CM12 patient monitor (touch screen 12 inch) - E12 9 cell Lithium Ion - Adult Sensory Kit (NBP, Temp, ECG 5 leads) - B01 Philips FAST SpO2 (Adult) - EtCO2 mainstream capnography (config for adult) 	1	Rp 207,350,000