

P.T. INTERGASTRA nusantara

KWITANSI

No. INT/NOV/20/3914

Sudah Terima dari

PERS PERHIMPUNAN PERAWATAN PENDERITA PENYAKIT MATA

Banyaknya uang

Dua belas juta enam ratus sembilan puluh empat ribu rupiah

Untuk pembayaran

Atas Pembelian : Feed Water , Steril Filter & Biaya Pemasangan
sesuai PO NO. 1417/RSMU/UMKEU/XI/2020

Jumlah

Rp 12,694,000

Pembayaran Cek / Giro diatasnamakan:

P.T. INTERGASTRA nusantara

Jakarta, 12 Nop 2020



Kristanto Soetarso
(Direktur Utama)

Tgl Faktur 12 Nop 2020
 No. Faktur INT/NOV/20/3914
 No. PO 1417/RSMU/UMKEU/XI/2020
 No. SJ SJ/11/XX/4489

Kepada Yth
 PERS PERHIMPUNAN PERAWATAN PENDERITA PENYAKIT
 MATA
 Jl. Undaan Kulon 19
 Surabaya

No.	Keterangan	Kuantitas	Satuan	Diskon	Jumlah
1	Feed Water Pump 4836002	1	pcs	3,540,000.00 0 %	3,540,000
2	Steril Filter 4835850	1	PCS	4,000,000.00 0 %	4,000,000
3	Biaya Pemasangan & Service Maintenance	1	lot	4,000,000.00 0 %	4,000,000

Terbilang Dua belas juta enam ratus sembilan puluh empat ribu Rupiah

Pembayaran dapat ditransfer :
 PT. INTERGASTRA NUSANTARA
 BANK CENTRAL ASIA - Cabang Pluit Raya
 a/c. 386.300088.9

Sub Total : 11,540,000
 Diskon : 0
 PPN : 1,154,000
 : 0
 Uang Muka : 0

Total : Rp 12,694,000

P.T. INTERGASTRA nusantara

(Handwritten signature and date)
 (Kristanto Soetarso)
 Direktur Utama



Surabaya, 11 November 2020

Nomor : 1417/RSMU/UMKEU/XI/2020
Lampiran :
Perihal : Pemesanan Autoclave Getinge HS33

Yth Pimpinan PT. Intergastra Nusantara
di Tempat

Dengan hormat,

Berdasarkan surat penawaran nomor : IN/QSP/20.11 903.R tanggal 10 November 2020 perihal Penawaran Harga Sparepart dan Service Mesin Autoclave Getinge HS33, maka kami menyatakan setuju untuk memesan barang tersebut, sebagai berikut :

No	Keterangan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah Harga
1	Feed Water Pump AB 36002/603A 901137	1 bh	Rp. 3.540.000	Rp. 3.540.000,-
2	Steril Filter AB 35850	1 bh	Rp. 4.000.000	Rp. 4.000.000,-
3	Biaya Pemasangan & Service	1 ls	Rp. 4.000.000	Rp. 4.000.000,-
			Grand Total	Rp. 11.540.000,-

Keterangan :

- Harga belum termasuk PPN 10%;
- Pembayaran setelah barang diterima;
- Pembayaran dapat dilakukan transfer ke : Bank BCA No. Rekening 386 3000 889
PT. Intergastra Nusantara

Demikian yang kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Hormat Kami,

Wadir. Umum dan Keuangan,


 RS MATA
UNDAAN

Hargo Wahyuono, S.E., M.Si., Ak., CA

BERITA ACARA
NOMOR : 008/RSMU/IPSRs-MEDIS/XI/2020

Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh enam bulan november tahun dua ribu dua puluh, kami masing-masing :

1. SUDARTO, Plt.Ka IPS RS, selanjutnya disebut Pihak Kesatu.

Dan

2. PT.INTERGASTRA NUSANTARA, Vendor Alat, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Telah melakukan cek bersama hasil akhir pekerjaan perbaikan autoclave GETTINGE, meliputi:


1. Pemasangan Feed water
2. Pemasangan Steril Filter
3. Pembersihan cerobong alat

Hasil dari cek bersama menyepakati hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pekerjaan pada poin 1 s/d 3 telah dikerjakan dengan baik sesuai kesepakatan dan telah memenuhi tujuan dilakukannya pekerjaan tersebut
2. Telah dilakukan pengujian fungsi dan mesin berfungsi normal sesuai standart (Hasil terlampir pada *service report*)
3. Biaya pekerjaan sebesar Rp.12.694.000,- akan ditransfer ke Bank Central Asia (BCA) – Cabang Pluit Raya No.Rek 386.300088.9 a/n PT.INTERGASTRA NUSANTARA

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Surabaya
Pada tanggal : 26 November 2020

Pihak Kedua
Vendor Alat

PT.INTERGASTRA NUSANTARA

Pihak Kesatu
Plt.Ka IPSRS

SUDARTO

SURAT JALAN

P.T. INTERGASTRA nusantara

Jl. Pangeran Jayakarta 24/31-35
Jakarta Pusat 10730
Telp : 021-5493800, 021-6397402
Fax : 021-6298649

Alamat Pengiriman :
RS MATA UNDAAN
Jl. Undaan Kulon No 19
SURABAYA

Tanggal : 12 November 2020
PO : 1417/RSMU/UMKEU/XI/2020

Mohon dapat diterima dengan baik barang-barang dibawah ini:

No	Qty	Keterangan
1	1 bh	Feed Water Pump
2	1 bh	Steril Filter

Keterangan :

Pengirim
P.T. INTERGASTRA nusantara

Penerima,
RS MATA UNDAAN

P.T. INTERGASTRA nusantara
JAKARTA

(Handwritten signature)
12/11/20



PT. INTERGASTRA nusantara

Jl. P. Jayakarta 24/34-35 Jakarta 10730
Telp. : 021 - 6493880 - 6397096
Fax. : 021 - 6298649

Ref :

Date: 25/11/2020

CUSTOMER : RS Mata Undaan

ADDRESS : Surabaya

DEPARTMENT: Medical Laundry Kitchen General

Machine

Model :

S/N :

1. Autoclave	H5 33	1033716
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		

Electric 220/20/10/119 Gas Steam

REMARKS :

Temuan :- error pressure
tindakan :- cek dan pembersihan sprayer
cek dan pembersihan jalur boiler ke chamber
cek dan pembersihan jalur boiler ke room
pembersihan / overhaul boiler

SCOPE OF WORK :

- Service
- Instalation
- Repair
- Commisioning
-

SUGGESTION : Hasil Running test 139° . OK

CUSTOMER APPROVAL :

TECHNICAL :

S
E
R
V
I
C
E

R
E
P
O
R
T

[Handwritten signature]
25/11/20

[Handwritten signature]
Aziz