

ORIGINAL

 <b>RS MATA UNDAAN</b>  Jl. Undaan Kulon No. 17 – 19 Surabaya 60274 Telp: 031-5319619 , 5343806 Fax: 031- 5317503	<b>MEMASANG SUNGKUP OKSIGEN BERBALON</b>		
	Nomor Dokumen : 2570/SPO/DIR/RSMU/VII/2022	Nomor Revisi : 002	Halaman : 1/2
Standar Prosedur Operasional	Tanggal Terbit : 28 Juli 2022	Ditetapkan, Direktur,  RSMATA UNDAAN dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M(K)	
Pengertian	Rangkaian tindakan yang diterapkan pada pasien dengan pemasangan sungkup oksigen berbalon.		
Tujuan	Meningkatkan konsentrasi oksigen yang dihirup pasien.		
Kebijakan	Peraturan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Nomor: 1581/PER/DIR/RSMU/VII/2022 tentang Panduan Pelayanan Anestesiologi dan Reanimasi.		
Prosedur	<p>Persiapan</p> <p>Alat:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. APD;</li><li>2. <i>Bag valve mask</i>;</li><li>3. Tabung oksigen/oksigen sentral;</li><li>4. Flowmeter;</li><li>5. Humidifier berisi air steril/aquadest.</li></ol> <p>Waktu : Saat ditemukan keadaan dengan gangguan pernafasan.</p> <p>Petugas :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Staf medis yang bertugas dilokasi;</li><li>2. Dokter anastesi;</li><li>3. Perawat anastesi.</li></ol> <p>Tempat : Di sekitar lingkungan RS Mata Undaan.</p> <p>Pelaksanaan</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pasien terlentang</li><li>2. Yakinkan nafas bebas dan perhatikan pernafasannya normal / terganggu atau terhenti</li><li>3. Sungkup oksigen berbalon dapat digunakan pada pasien bernafas spontan untuk menambahkan kapasitas oksigen. Dapat pula digunakan untuk pasien dengan pernafasan yang terganggu atau terhenti untuk membantu ataupun membuat pernafasan dengan cara memijat balon yang telah terisi oksigen.</li><li>4. Pilih yang sesuai<ol style="list-style-type: none"><li>a. Hubungkan dengan balonnya</li><li>b. Sambungkan dengan sumber oksigen</li></ol></li></ol>		

ORIGINAL

 RS MATA UNDAAN  Jl. Undaan Kulon No. 17 – 19 Surabaya 60274 Telp: 031-5319619 , 5343806 Fax: 031- 5317503	<b>MEMASANG SUNGKUP OKSIGEN BERBALON</b>		
	Nomor Dokumen : 2570/SPO/DIR/RSMU/VII/2022	Nomor Revisi : 002	Halaman : 2/2
Standar Prosedur Operasional	Tanggal Terbit : 28 Juli 2022	Ditetapkan, Direktur,  RS MATA UNDAAN dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M(K)	
Prosedur	c. Alirkan oksigen 8 – 10 L/m hingga 10 – 12 L/m d. Sungkup menutup rapat hidung, mulut dan bagian atas dagu e. Perhatikan masker jangan bocor namun juga jangan terlalu keras menekan, dapat menyebabkan cedera pada pangkal hidung, bola mata maupun kulit muka/pipa 5. Perhatikan pasien, dada mengembang?		
Instalasi Terkait	1. Instalasi Kamar Bedah dan Sentra Sterilisasi; 2. Instalasi Penunjang Diagnostik dan Terapi; 3. Instalasi Rawat Inap; 4. Instalasi Rawat Jalan; 5. Instalasi Gawat Darurat.		