

**NOTA DINAS**  
**NOMOR : 006/RSMU/PM/V/2021**

Yth : dr. Aditya Bagus Djatmiko, M.Kes. ( WAKIL DIREKTUR PELAYANAN MEDIS )  
Dari : Otto Desyanto, S.Kep  
Hal : Permohonan Peremajaan alat Yellow Laser  
Sifat : PENTING  
Tanggal Nota : 28 May 2021

Isi :

Assalamualaikum wr. wb.

Sehubungan dengan trouble alat Yellow Laser EASY RET hingga menimbulkan penurunan power laser, telah dilakukan perbaikan oleh tehniisi alat laser EASY RET, adapun hasil service report terlampir.

Berdasarkan hasil service report :

1. Alat Yellow Laser EASY RET memerlukan penggantian cavity yang diperkirakan harganya sekitar 2/3 dari harga alat laser baru.
  2. Menurunnya power laser, menurut Tehniisi alat Yellow Laser EASY RET hanya dapat dinaikkan powernya untuk sementara saja, tidak bisa diperkirakan power laser bisa bertahan /stabil hingga berapa lamanya karena pemakaian terus menerus (over) dan suhu udara AC yang kurang dingin
  3. Berdasarkan informasi dari user (dokter operator), alat Laser Vitra (green laser) sebagai backup alat Yellow Laser EASY RET tidak bisa sepenuhnya menggantikan fungsi alat tersebut, karena pada beberapa kasus penyakit tertentu hanya bisa menggunakan alat Yellow Laser EASY RET.
  4. Alat Yellow Laser EASY RET telah memasuki tahun ke 5 sejak pembelian alat tersebut, sehingga memerlukan peremajaan.
  5. Harga alat Yellow Laser terlampir dari masing – masing vendor
- Demikian hasil kesimpulan kondisi alat Yellow Laser saat ini dan sebagai permohonan untuk peremajaan alat tersebut. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum wr. wb.

Hormat Kami,  
KEPALA INSTALASI PENUNJANG  
MEDIS

Otto Desyanto, S.Kep

Jawaban :

**dr. Aditya Bagus Djatmiko, M.Kes. (29-05-2021)**

Mengingat utk yellow laser tidak dianggarkan tahun ini, akan ada pertimbangan khusus dari direksi.