







DAFTAR HADIR

Hari/ Tanggal : Jumat, 08 Desember 2023
 Waktu : 09.30 WIB - Selesai
 Tempat : Ruang Rapat 1 Lt. 3b
 Acara : Presentasi Alat Kesehatan (Patient Monitor)
 Agenda :

| No. | Nama | Bagian | Jabatan | Tanda Tangan |
|-----|---------------|-------------------------|-------------|---|
| 1. | Antonius | Farmasi | PLT Manager |  |
| 2 | fgo S | OK | Manajemen |  |
| 3 | Zainal A | Jangmed | GM |  |
| 4 | Zwei .S | Pelayanan & Keperawatan | GM |  |
| 5 | Heri prayitno | Keuangan | GM |  |
| 6. | di. Hikam | Infeksi | Manajemen |  |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

NOTULEN

| | |
|-----------------------|---|
| TANGGAL | : Jumat, 08 Desember 2023 |
| WAKTU | : 10.00 WIB - Selesai |
| TEMPAT | : Ruang Rapat 1 Lt 3B |
| AGENDA RAPAT | : Presentasi Patient Monitor |
| PEMIMPIN RAPAT | : Zainal Arifin, S.Tr. RMIK |
| NOTULIS | : Antonius Bayu, S.Farm., Apt |
| JUMLAH PESERTA | : 6 Orang |
| TIDAK HADIR | : - |
| PEMBAHASAN | : <ol style="list-style-type: none">1. Rapat dibuka oleh Bapak Zainal Arifin, S.Tr. RMIK2. Sesuai pada lampiran rapat |
| HASIL RAPAT | : <ol style="list-style-type: none">1. PT IDS Medical : masih dipertimbangkan untuk harganya. Untuk trial atau demo alat dari pihak vendor sudah menyanggupi2. PT Mulya Husada: vendor bisa diagendakan untuk demo alat3. PT Inti Sumber Hasil Global : vendor bisa diagendakan untuk demo alat. Konfirmasi ± 1 minggu sebelumnya |
| TINDAK LANJUT | : Berdasarkan hasil rapat untuk vendor yang di demokan adalah GE dan PT IHSG. |

PEMIMPIN RAPAT,



(Zainal Arifin, S.Tr., RMIK)

NOTULIS,



(Antonius Bayu, S.Farm., Apt)

RESUME

PRESENTASI 3 VENDOR (PT IDS MEDICAL, PT MULYA HUSADA JAYA, PT INTI SUMBER HASIL
SEMPURNA GLOBAL)

Tanggal 08 Desember 2023

| NO | NAMA VENDOR | PRODUK | SPEKIFIKASI | KELEBIHAN | KEKURANGAN | HARGA |
|----|-------------------------------------|---------------------------------------|--|--|---|---|
| 1. | PT IDS MEDICAL | PATIENT MONITOR B105, B125 USA | <ul style="list-style-type: none"> - Sudah include 6 parameter - Standart EK-pro technology - Baterai dengan ketahanan 4 jam (1 pcs) - Garansi 1 tahun | <ul style="list-style-type: none"> - Touch screen - Bisa snapshot layar. - Dilengkapi modul entropy - Bisa terkoneksi dengan SIM-RS | -unit dan spare part di Jakarta | <ul style="list-style-type: none"> - Basic parameter tanpa EtCO2 : ±90 juta - B105 dgn EtCO2; uk 10 inchi : ±132 juta - B125 dgn ETCO2 ; uk 12 inchi : ±152 juta |
| 2. | PT MULYA HUSADA JAYA | PATIENT MONITOR SCHILLER SWISS | <ul style="list-style-type: none"> - Modular : plug & play - Ukuran 17 inchi - Baterai dengan ketahanan 3 jam (1 pcs) - Ada sertifikat kalibrasi | <ul style="list-style-type: none"> - Pemantau/monitor continous /berlanjut - Touch screen - Teknisi di surabaya, jika terjadi kerusakan di back up langsung - | - Tidak bisa terkoneksi dengan SIM-RS | - modul EtCO2 : ±215 juta |
| 3. | PT INTISUMBER HASIL SEMPURNA GLOBAL | PATIENT MONITOR Q7000 | <ul style="list-style-type: none"> - Ukuran 15 inchi - 5 parameter + 2 modular (IBP dan ETCO2) - Garansi 1 tahun | <ul style="list-style-type: none"> - Ada penyesuaian untuk kecerahan layar - Fitur bisa diganti sesuai kebutuhan. - Bisa kompatible dengan seri lain dalam satu produk - Bisa terkoneksi dengan SIM-RS | - untuk seri yang terdapat parameter ETCO2 hanya pada seri advance. | <ul style="list-style-type: none"> - untuk seri advance : 5 parameter + 1 slot IBP : ±55 juta - untuk seri premium : 5 parameter + 2 slot : IBP dan ETCO2 : ±79 juta |