

12 April 2022

Nomor : 018/RSMU/IPSRS/IV/2022
Lampiran : 1
Perihal : Pemusnahan Sterilisator Matachana dan Bed Operasi

Yth. **Wakil Direktur Umum Rumah Sakit Mata Undaan**
Surabaya

Dengan hormat,


Dalam rangka pembersihan area penyimpanan dan berdasarkan hasil pendataan maka kami mengajukan pemusnahan:

1. **Sterilisator CSSD merk MATACHANA** (Pembelian tahun 1999) kondisi rusak dan sudah tidak dapat digunakan karena barang diskontinyu tidak ada part pengganti,serta sudah dilakukan berbagai perbaikan dan modifikasi sampai dengan kondisi saat ini bahwa sudah tidak bisa dilakukan perbaikan. Mesin sudah berada di penyimpanan selama 8 bulan.Operasional CSSD menggunakan mesin baru/pengganti.
2. **Bed operasi** dari kamar operasi lama dengan kondisi rusak dan tidak layak digunakan karena kerusakan cukup parah dan membahayakan jika tetap digunakan.Setelah dilakukan beberapa kali perbaikan hingga benar-benar tidak bisa diperbaiki.

untuk kegiatan penjualan atau lelang kami serahkan ke Bagian Rumah Tangga untuk pelaksanaanya.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Sudarto
Plt Ka IPSRS RS. Mata Undaan





