

Lembar Disposisi

Surat diterima tanggal : 02 September 2023

Kepada Yth. : Direktur

Wadir Pelayanan

Wadir Administrasi, Umum dan Keuangan

Kabag/Kabid/Kainst/Kasubag.....

Dari :

Direktur :

Tanggal :

Wadir Pelayanan :

Tanggal :

Wadir Administrasi, Umum dan Keuangan :

An

Tanggal :

L

Kabag/Kabid/Kainst/Kasubag..... :

Tanggal :

8.9/9/23

Surabaya, 02 September 2023

Nomor : 007/RSMU/IPSR-S-MEDIS/IX/2023
Lampiran : 3 Lembar
Perihal : Pembelian Sparepart Lampu Photometer

Yth. GM Umum & SDM Rumah Sakit Mata Undaan
Surabaya

Dengan hormat,

Menindaklanjuti laporan kerusakan pada alat photometer di unit laboratorium (IPDT), dan berdasarkan PERJANJIAN KERJASAMA PINJAM PAKAI ALAT *CLINICAL CHEMISTRY ANALYZER* DAN POCT (Nomor : 063/PKS/DIR/RSMU/I/2023) pada Pasal 2 tentang PEMBELIAN KELENGKAPAN maka bersama ini kami mengajukan biaya pembelian part dengan detail dan rincian harga terlampir.

Demikian surat permohonan kami buat, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

Manager Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Sudarto



**RS MATA
UNDAAN**

**RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA
PERMINTAAN BARANG MEDIS NON RUTIN**

UNIT : LABORATORIUM (IPDT)

TANGGAL : 1-9-2023

NO	NAMA BARANG	MEREK	NO. KATALOG	JUMLAH	PERKIRAAN HARGA	KONDISI BARANG LAMA
1.	Lampu Photometer Cobas (bahan habis pakai)	Cobas C111	-	1	±Rp. 7.000.000,-	Rusak.

Menyetujui
Ka. Unit 1 September 2023

Mengetahui,
Ka. Wadir Yan Medik

Pemohon

Ka. Ins Farmasi

(OTTO-P.)

)

(~~Intan Kusumawati~~)

)

)

(Intan Kusumawati)

No : 01943 / 23 / IX / PENW / DCS / SBY
Hal : **Penawaran Harga**

Surabaya, 01 September 2023

Kepada Yth,
Direktur
Rumah Sakit Mata Undaan
Jl. Undaan Kulon No.19, Peneleh, Kec. Genteng,
Surabaya, Jawa Timur

Dengan hormat,

Bersama ini kami PT. Dimensi Citra Semesta bermaksud untuk mengajukan penawaran harga untuk memenuhi kebutuhan di Laboratorium **Rumah Sakit Mata Undaan** dengan harga sebagai berikut :

No. Katalog	Nama Produk	Merk	Kemasan	Harga Satuan (Rp)
5344620001	Lamp Halogen C111 12V/20W	Roche	1 Unit	6.883.000

Demikian penawaran yang dapat kami sampaikan jika ada informasi yang kurang jelas kami siap membantu, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Keterangan:

- ✚ Penawaran Berlaku 1 bulan
- ✚ Harga belum termasuk PPN 11%

Hormat kami,
PT. Dimensi Citra Semesta

DCS
DIMENSI CITRA SEMESTA
Yayan Eko Wibisono
National Sales Manager


Luluk Musyarrofah
Finance Control





DIMENSI CITRA SEMESTA

Ruko Panji Makmur Blok D - 6
Jl. Raya Panjang Jiwo No. 46 - 48
Surabaya - Jawa Timur

P : (031) 8481966
F : (031) 8481966
E : dimensi.dcsby@gmail.com

dcsmedika@gmail.com
www.dcsmedika.com

Service Report

Nama Instansi	: RS Mata Undaan	Teknisi	: Amin
Alamat	: Surabaya	Tanggal	: 01 September 2023
Nama Instrument	: Kimia Hnrik	Keterangan	: Maintenance / Perbaikan
Merk/Type	: Roche / C111	Jam Mulai	: 10.00
No SN	: 20297	Jam Selesai	: 11.30

Kendala user : Maintenance

Tindakan :

- Dembrasikan alat
- Pembersihan reagen dan sampel disk
- Run fill out empty fluid system
- Run prime fluid system
- Run lint photometer
- Run check cooling dan heater
- Indikator replace photometer lamp warna merah

- konfirmasi untuk segera
dilakukan pengantian lampu
ke IPS/RS

Sparepart : -

Hasil : lampu photometer sudah merah dan harus di ganti

USER / OPERATOR

[Signature] [Signature]
(OTTO)



TEKNISI

[Signature]
(moh. Amin N)

