

Surabaya, 27 April 2024

Nomor : 004/RSMU/PSP-MEDIS/IV/2024
Lampiran : 2 Lembar
Perihal : Pengajuan Kabel EKG dan Selang NIBP

Yth. GM Umum & SDM Rumah Sakit Mata Undaan
Surabaya

Dengan hormat,

Menindaklanjuti adanya laporan kerusakan aksesoris kabel EKG pada mesin patient monitor bionet di unit kamar bedah dan rusaknya selang NIBP pada patient monitor di unit IGD, bersama ini kami mengajukan untuk perawatan dan kalibrasi mesin tersebut dengan rincian harga terlampir.

Demikian surat permohonan kami buat, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

Manager Pemeliharaan Sarana dan Prasarana



Sudarto

PT. INDO SARANA MEDICA

Unit Supplier, Sparepart and service medical Equipment

Jl sawo 1 no.24, Sukodono, Sidoarjo, Jawa Timur 61258

Kepada :
Direktur Rumah Sakit Mata Undaan
Surabaya, Jawa Timur

Subject : Surat Penawaran Harga
No. : 001/SPH/ISM/IV/2024

Date : 25 April 2024

Dengan Hormat,
Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan, bersama ini kami PT. Indo Sarana Medica selaku distributor alat kesehatan ingin menyampaikan Surat Penawaran Harga alat – alat kesehatan sebagai berikut :

NO	NAMA	DESKIPSI	HARGA
1	ECG Cable 5 Lead	Bionet Patient Monitor	Rp 1.985.000
2	NIBP hose Blood Pressure	Patient Monitor	Rp 1.300.000

25/4/24
fgr
Direktur

Keuntungan yang didapat :

1. Garansi 3 bulan
2. Ketersediaan aksesoris dan sparepart terjamin
3. Sudah termasuk biaya pengiriman dan harga terbaik untuk RS. Mata Undaan
4. Sudah termasuk PPN 11%

Ketentuan penawaran kami :


1. Pengiriman dari tempat produksi estimasi 7 hari kerja
2. Penawaran ini berlaku 15 hari mulai penawaran ini dibuat
3. Pelunasan saat barang diterima

Demikian hal ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik kami Mengucapkan terima kasih.

CP : Faisal (WA. 088805454275)

PT. INDO SARANA MEDICA

Hormat Kami



PT. INDO SARANA MEDICA
AHU-011639.AH.01.30.2023
Tatik Hariyati
DIREKTUR

27/4



RS MATA
UNDAAN

No. :

Jl. Undaan Kulon No. 17 - 19 Surabaya
Telp. 031 5343806 , 5319619, Fax. 031 5317503

FORM PERMINTAAN PERBAIKAN / PEMELIHARAAN KURATIF

Nama / Pelapor : dr Erika
Unit & No. Extension : IGD
Tanggal / Jam : 20 April 29 08:25

Paraf Pemohon

Mohon perbaikan/pengecekan : kabel tiibp Patient monitor AM 1500 mengalami
rapuh , karena faktor usia, tolong dicek ban

Teknisi Pelaksana

Nama Teknisi : Frqvi
Tanggal / Jam : 20 April 10.00

Kesimpulan / Hasil Kerja

kabel tiibp /selang tensi pada
pasien monitor sudah tidak dapat
digunakan lagi, mohon di ajukan
peremajaan , terima kasih H

*Diisi Oleh Teknisi

Mengetahui Unit Kerja / Instalasi telah selesai dikerjakan

Tanggal / Jam : 25 April 2024
Ttd & Nama Terang :

dr ERIKA

Putih : IPRS Merah : Unit Kerja / Instalasi Kuning : Lampiran untuk pengajuan spare part



RS MATA
UNDAAN


No. :

Jl. Undaan Kulon No. 17 - 19 Surabaya
Telp. 031 5343806 , 5319619, Fax. 031 5317503

FORM PERMINTAAN PERBAIKAN / PEMELIHARAAN KURATIF

Nama / Pelapor : Fendi	Paraf Pemohon Fendi
Unit & No. Extension : Formasi Kamar bedah	
Tanggal / Jam : 9 April 24 10.47	

Mohon perbaikan/pengecekan : Kabel mesin pasien monitor mengelupas,
mulut dicek agar laik dipakai oleh user

Teknisi Pelaksana	Mengetahui Unit Kerja / Instalasi telah selesai dikerjakan
Nama Teknisi : Fiqi	Tanggal / Jam : 25 April 2024
Tanggal / Jam : 9 April, 12.00	Ttd & Nama Terang :
Kesimpulan / Hasil Kerja Kabel masih bisa dipakai, namun tdk optimal dan dkuatirkan jangka panjang bahaya, maka disarankan untuk pergantian Aksesoris #	
*Diisi Oleh Teknisi	

Putih : IPRS Merah : Unit Kerja / Instalasi Kuning : Lampiran untuk pengajuan spare part