



Surabaya, 30 Agustus 2021

Nomor : 026/RSMU/IPSRs/VIII/2021
Lampiran : 2
Perihal : Pengajuan Perbaikan Nurse Call GMS

**Yth. Wakil Direktur Umum Rumah Sakit Mata Undaan
Surabaya**

Dengan hormat,

Berdasarkan hasil pengecekan Teknisi PT.AYARI PERSADA pada tanggal 23 Agustus 2021 menindaklanjuti laporan dari staff IPSRS bahwa pada *Display Nurse Call* Rawat Inap GMS muncul indikator *Connection Down*, Hasil pengecekan menemukan bahwa salah satu tombol panggil Perawat terjadi kerusakan dan harus dilakukan penggantian serta program ulang.

Harga dan spesifikasi teknis terlampir berdasarkan pada penawaran yang di ajukan oleh PT.AYARI PERSADA.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Sudarto
Plt Ka IPSRS RS. Mata Undaan



From: customercare@ayaripersada.com
Sent: Thursday, August 26, 2021 12:01 PM
To: sudarto1785@gmail.com
Cc: novian@ayaripersada.co.id; debora@ayaripersada.co.id;
reesky@ayaripersada.com
Subject: ESCO NC RS Mata Undaan Surabaya
Attachments: ESCO NC on RS Mata Undaan Surabaya.pdf

Kepada Yth,
Bapak Sudarto
Ditempat.

Menindaklanjuti perihal percakapan kami dengan Pihak RS. Mata Undaan yang diwakilkan oleh Bapak Fiqri pada Tgl. 16 Agustus 2021, pukul 09.58 WIB mengenai *Connection Down* pada *Display Nursecall System*, yang kemudian telah dilakukan kunjungan Teknisi untuk pemeriksaan terhadap kendala tersebut pada Tgl. 23 Agustus 2021, pukul 12.40 WIB. Maka atas hal tersebut kami lampirkan sebagai berikut :

1. Telah dilakukan kunjungan Teknisi untuk pemeriksaan pada *Server*;
2. Setelah *Server* menyala, ditemukan *trouble* pada *Outlet* NP 1 titik di Kamar 201-203 Lantai 2;
3. Atas hal tersebut telah lakukan pemeriksaan pada *IP Callpoint General, British Style (IP-CPG/BS)*;
4. Selanjutnya akan dilakukan penggantian *IP Callpoint General, British Style (IP-CPG/BS)*;
5. Biaya Pemasangan dan *Re-Programming* IP-CPG/BS.

Dalam hal penggantian IP-CPG/BS, kami akan mengirimkan Teknisi kami ke RS. Mata Undaan Surabaya setelah proposal ESCO ini disetujui. Demikian proposal ini kami ajukan, sebagai pelengkap data dari proposal ini kami lampirkan ESCO sebagai berikut,

Hormat Kami,
Wiola Putri Pangestika
Customer Service
Mobile [+62] 8119 09 0900



PT AYARI PERSADA

West Office

Gading Bukit Indah RC-3 Jl. Gading Bukit Raya - Kelapa Gading - Jakarta 14240 Indonesia
Tel. (+6221) 4585 4992; Fax. (+6221) 4585 4903

East Office

Fortune Bizpark B-30 Jl. Tambak Sawah 6-12 Tambakrejo Waru - Sidoarjo 61256 Indonesia
Tel. (+6231) 9968 8000; Fax. (+6231) 9968 8000

<http://www.ayaripersada.co.id>



This email and any files transmitted with it are confidential and intended solely for the use of the individual or entity to whom they are addressed. If you have received this email in error please notify Pt. Ayari Persada. This message contains confidential information and is intended only for the individual named. If you are not the named addressee you should not disseminate, distribute or copy this e-mail. Please notify the sender immediately by e-mail if you have received this e-mail by mistake and delete this e-mail from your system. If you

