

Surabaya, 08 April 2020

Nomor : 001 /RSMU/IPSRS/I/2020  
Lampiran : 2 (dua) Lembar  
Perihal : Pengajuan Pergantian SparePart dan Re-Kalibrasi Alat Medis


Yth. Wakil Direktur Umum dan Keuangan  
di Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan habisnya masa kalibrasi serta ditemukannya part yang rusak pada alat Photometer dengan merk. Robert Riele KG 5010 Type V5+ SN. 13539 di ruang Laboratorium, maka bersama ini kami mengajukan untuk dilakukan re-kalibrasi dan penggantian sparepart pada alat tersebut. Adapun rincian penawaran terlampir

Demikian surat permohonan kami buat, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,  
Plt. Kepala Instalasi Sarana dan Prasarana



Sudarto

Surabaya, 7 April 2020

Nomor : 466 /S.Pnw/Nus 05.15/IV/2020  
Lampiran : -  
Perihal : Penawaran Spare Part 5010 V5+

Kepada Yth,  
Direktur RS Mata Undaan  
Di  
Tempat

Dengan hormat,


Sesuai pengecekan dari Teknisi kami bahwa alat Photometer 5010 V5+ milik RS Mata Undaan memerlukan Calibrasi dan Penggantian Spare Part. Untuk menjamin kualitas hasil pemeriksaan maka dengan ini Kami PT. Rajawali Nusindo Menawarkan :

No.	Nama barang	Kode Barang	Qty	Harga Total
1.	Calibrasi	20939665	1	Rp. 500.000,-
2.	Halogen Lamp 12V/20W	20938984	1	Rp. 530.400,-
3.	Aspiration Tubing	20948672	1	Rp. 652.800,-
4.	Pump Tube With Joint	20948729	1	Rp. 530.400,-
5.	Outlet Tube Cuvette	20948688	1	Rp. 193.800,-
Total				Rp. 2.407.400,-

**Keterangan :**

- Penawaran ini berlaku 30 hari kerja.
- Harga Belum termasuk PPN 10%
- Harga dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan.

Demikian penawaran kami sampaikan, Atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami  
  
Subardiyo  
Kepala Cabang



## Service Report

No.	Inst. Type 5010 N5+	Serial No. 1353g	Engineer SISWANTO	Date 2-4-2020
-----	------------------------	---------------------	----------------------	------------------




Customer's Name RS Mata Undaan	Address
	Telp. No.

<b>Job type codes</b> <input type="checkbox"/> 01 Normal Call <input type="checkbox"/> 02 Installation <input type="checkbox"/> 03 Pack/move/reinstall <input type="checkbox"/> 04 Maintenance <input type="checkbox"/> 05 Customer Training <input type="checkbox"/> 06 Modification <input type="checkbox"/> 07 Workshop <input type="checkbox"/> 08 Application <input type="checkbox"/> 09 Others <input type="checkbox"/> 10	<b>Charge type codes</b> <input type="checkbox"/> Warranty <input type="checkbox"/> Invoice <input type="checkbox"/> Service Contract <input type="checkbox"/> Internal, comment	<b>Warranty end date</b> 
---	--	------------------------------

<b>Fault comment</b> pengecekan photometer	<b>Error code</b> 
---	-----------------------

<b>Measures Taken</b> # Hasil Glukosa tidak stabil # cek Halogen lamp # cek Filter # cek lensa monokromator, lensa Absorbance # jalankan Alat.
---

ID No.	Description	Qty	Unit Price	Amount
20939665	servite kalibrasi photometer kode Barang : 20950473	1	500.000	500.000
	Halogen lamp 12V/20W kode Barang : 20948676	1	530.400	530.400
	pump tube with joints kode Barang : 20948729	1	530.400	530.400
	waste tubing, kode Barang : 20948711	1	244.800	244.800
	Aspiration tubing kode Barang :	1	652.800	652.800
Note : Harga Blm PPH 10%			<b>Total</b>	2.458.400

Customer's Signature & Company Stamp  	Engineer's Signature 
---	--

Original

SERVICE