

Surabaya, 03 Agustus 2022

Nomor : 023/RSMU/IPSRM-MEDIS/VIII/2022
Lampiran : 2 Lembar
Perihal : Perbaikan Mesin Stellaris

Yth. GM Umum & SDM Rumah Sakit Mata Undaan
Surabaya

Dengan hormat,

Berdasarkan laporan kerusakan oleh instalasi Kamar Operasi bahwasanya mesin stellaris mengalami kerusakan dan harus segera dilakukan perbaikan, maka bersama ini kami mengajukan biaya perbaikan dan penggantian sparepart dari distributor resmi.

Rincian biaya perbaikan dan penggantian part terlampir. Demikian surat permohonan kami buat, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

Manager Pemeliharaan Sarana dan Prasarana



Sudarto

Tanggal : 4 Juli 2022
No. : 254/GSM-SPH/VII/2022

Kepada Yth.
Direktur
Rumah Sakit Mata Undaan
Jl. Undaan Kulon No.19
Peneleh, Genteng
Jawa Timur 60274

Dengan hormat,

Bersama ini kami selaku distributor di Indonesia untuk produk dari Bausch & Lomb menyampaikan Penawaran harga pergantian sparepart Stellaris sebagai berikut :

Biaya Maintenance (pergantian sparepart)	Rp. 10.000.000
PPN 11%	<u>Rp. 1.110.000-</u>
Harga setelah PPN 11%	Rp. 11.110.000,-

Lingkup Pekerjaan :

- Pergantian Sparepart B
 1. BL 2282 Copressor Module
 2. 102009218 SUB ASSY WALK AIR NGPC

Keterangan :

- Untuk biaya Sparepart Baru kami berikan FREE dan hanya dikenakan biaya pemasangan saja .

Demikian surat penawaran ini kami sampaikan, Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



PT. GLOBAL SELARAS MEDIKA
Arifin Bai
Engineer