

Surabaya, 22 Maret 2021

Nomor : 013/RSMU/IPSRs-MEDIS/III/2021  
Lampiran : 3  
Perihal : Perbaikan dan Penggantian Part Sterilisator GETTINGE

Yth. Wakil Direktur Umum Rumah Sakit Mata Undaan  
Surabaya

Dengan hormat,

Menindaklanjuti laporan Staff CSSD bahwa mesin sterilisator GETTINGE gagal operasional (error pressure saat vacuum) maka staff IPSRS bersama teknisi PT.INTERGASTRA melakukan pengujian dan pengecekan bersama. Dari hasil pengecekan ditemukan:

1. Solenoid drain tidak bekerja maksimal (sudah lemah)
2. Check valve rusak
3. Door gasket sobek/cacat

Dalam rangka menindaklanjuti temuan-temuan tersebut kami Plt Ka Instalasi Pemeliharaan Sarana mengajukan rincian biaya pengadaan dan penggantian part yang rusak. Rincian biaya yang kami lampirkan adalah berdasarkan penawaran dari vendor sterilisator GETTINGE.

Nominal pada penawaran tanggal 22 Maret 2021 adalah harga dari vendor setelah kami lakukan negosiasi dari penawaran sebelumnya tanggal 12 Maret 2021 (turun 10%).

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Sudarto  
Plt Ka IPSRS  
RS. Mata Undaan

NB: Urgent.



# PT. INTERGASTRA nusantara

Jl. P. Jayakarta 24/34-35 Jakarta 10730  
Telp. : 021 - 6493880 - 6397096  
Fax. : 021 - 6298649

Ref :

Date: 12/03/2021

CUSTOMER : RS Udaan Matu

ADDRESS : Surabaya

DEPARTMENT:  Medical  Laundry  Kitchen  General

Machine

Model :

S/N :

- |    |                   |      |          |
|----|-------------------|------|----------|
| 1. | Autoclave garinge | H533 | 13372196 |
| 2. |                   |      |          |
| 3. |                   |      |          |
| 4. |                   |      |          |
| 5. |                   |      |          |
| 6. |                   |      |          |
| 7. |                   |      |          |
| 8. |                   |      |          |

Electric 380/90/50Hz  Gas  Steam

### REMARKS :

temuan 3 - error pressure pada saat Vacuum  
fundamen 3 - cek door gasket  
- cek jalur Vacuum  
- cek Solenoid drain  
- cek filter Chamber

hasil 3 - perlu penggantian Solenoid drain (MVI), dikarenakan pada saat Vacuum Solenoid drain tidak bisa maks 3 bar

### SCOPE OF WORK :

- Service
- Instalation
- Repair
- Commisioning
- cek mesin

### SUGGESTION :

part yg dicorbankan diganti 3  
- 1 bh Solenoid drain (MVI)  
- 1 bh Check valve (BV9)  
- 2 bh door gasket (1 bh untuk stock)

CUSTOMER APPROVAL :

TECHNICAL :

S  
E  
R  
V  
I  
C  
E  
  
R  
E  
P  
O  
R  
T



# PT. INTERGASTRA nusantara

Ref. : IN/QSP/21.03.313

Jakarta, 12 Maret 2021

Kepada Yth:  
**DIREKTUR**  
**RS MATA UNDAAN**  
Jalan Undaan Kulon No.19  
Surabaya 60274

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan penawaran harga sparepart Mesin Autoclave Getinge HS33 sebagai berikut:

NO	QTY	DESCRIPTION	UNIT PRICE	TOTAL
1.	1 bh	Solenoid Valve, Drain	Rp. 35.520.000	Rp. 35.520.000
2.	1 bh	Check Valve	Rp. 2.950.000	Rp. 2.950.000
3.	1 bh	Door Gasket	Rp. 3.310.000	Rp. 3.310.000
4.	1 ls	Biaya Pemasangan	Rp. 2.500.000	Rp. 2.500.000
5.	1 bh	<i>Door Gasket (Untuk Stock)</i>	Rp. 3.310.000	Rp. 3.310.000

**Syarat dan kondisi:**

- PPN 10% : Belum termasuk
- Pengiriman : Ex. Stock
- Pembayaran : Setelah barang diterima
- Masa berlaku : 30 hari

Hormat kami,  
**PT INTERGASTRA Nusantara**

Khusnul Manza  
Service Support

24/3

OFFICE:  
Jln. P. Jayakarta 24 / 34-35  
Jakarta – 10730  
Indonesia

POSTAL ADDRESS :  
P.O.Box 4773  
Jakarta 10001

TELEPHONE :  
021 - 6493880  
021 - 6397402  
021 - 6397096

FACSIMILE :  
021 - 6298649

E – MAIL :  
service@intergasttra.co.id



# PT. INTERGASTRA nusantara

Ref. : IN/QSP/21.03.313.R

Jakarta, 22 Maret 2021

Kepada Yth:  
**DIREKTUR**  
**RS MATA UNDAAN**  
Jalan Undaan Kulon No.19  
Surabaya 60274

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan penawaran harga negosiasi sparepart Mesin Autoclave Getinge HS33 sebagai berikut:

NO	QTY	DESCRIPTION	UNIT PRICE	TOTAL
1.	1 bh	Solenoid Valve, Drain	Rp. 31.000.000	Rp. 31.000.000
2.	1 bh	Check Valve	Rp. 2.655.000	Rp. 2.655.000
3.	1 bh	Door Gasket	Rp. 2.979.000	Rp. 2.979.000
4.	1 ls	Biaya Pemasangan	Rp. 2.500.000	Rp. 2.500.000
5.	1 bh	<i>Door Gasket (Untuk Stock)</i>	Rp. 2.979.000	Rp. 2.979.000

**Syarat dan kondisi:**

- PPN 10% : Belum termasuk
- Pengiriman : Ex. Stock
- Pembayaran : Setelah barang diterima
- Masa berlaku : 30 hari

Hormat kami,  
**PT INTERGASTRA Nusantara**

Khusnul Manza  
Service Support

*22/ 21*  
*3*

OFFICE :  
Jln. P. Jayakarta 24 / 34-35  
Jakarta - 10730  
Indonesia

POSTAL ADDRESS :  
P.O.Box 4773  
Jakarta 10001

TELEPHONE :  
021 - 6493880  
021 - 6397402  
021 - 6397096

FACSIMILE :  
021 - 6298649

E-MAIL :  
service@intergastri.co.id