

Surabaya, 26 Januari 2022

Nomor : 002/RSMU/OK/I/2022
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Pembelian Foot Switch / Pedal Stelaris PC

**Kepada Yth :
Direktur
Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya
Di Tempat**

Dengan Hormat,

Dikamar bedah RS. Mata Undaan memiliki 3 (tiga) mesin Vitrectomy & Phaco (Stelaris PC 2 unit dan Stelaris Elite 1 unit). Masing-masing memiliki Foot Switch / pedal 1 (satu).

Dari 3 Foot Switch / pedal yang berfungsi hanya 1 unit saja, sementara 2 unit Foot Switch / pedal dalam kondisi rusak / tidak berfungsi.

2 Foot Switch / pedal yang rusak sudah kami laporkan ke IPSRS tanggal 18 Januari 2022, setelah menghubungi Bausch & Lomb (Glosmed) merekomendasikan :

1. Akan mengirimkan Foot Switch / pedal back up dalam waktu dekat 1 unit.
2. Mengganti pedal yang rusak dengan yang baru dikarenakan sensor sudah lemah karena kadaluarsa masa pemakaian (masing-masing pedal memiliki masa waktu / live time yang tidak bisa diperpanjang meskipun fisik masih kelihatan baik). Semakin sering pemakaian semakin berkurang sensitifitas sensornya / live time.

Untuk mengatasi persoalan tersebut maka kami mengajukan pembelian Foot Switch / pedal baru idealnya 2 unit, karena harga Foot Switch / pedal cukup mahal untuk sementara 1 unit dulu, sedangkan 1 unit akan kami susulkan bila keadaan sangat mendesak.

Kami juga tidak keberatan bila dilakukan penggantian barang yang sudah masuk didalam anggaran RBA 2022.

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
Ka. Instalasi Kamar Bedah & SS,



Zwi Sujanto.



**RSMATA
UNDAAN**

**RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA
PERMINTAAN BARANG MEDIS NON RUTIN**

UNIT : KAMIAK OPERASI

TANGGAL : 22 JANUARI 2022

NO	NAMA BARANG	MEREK	NO. KATALOG	JUMLAH	PERKIRAAN HARGA	KONDISI BARANG LAMA
1	FOOTSWITCH PEDAL	Bausch &	BL2390	@1 per		RUSAK
	STELLARIS PC	Lomb		(satu)		
	→ Dibuatkan nota dinas terkait laporan kerusakan alat (kem table ada dlm RBA) 2022					

Menyetujui
Ka. Unit ... *OF & SS*

Mengetahui,
Ka. Wadir Yan Medik

Pemohon

Ka. Ins Farmasi

(*[Signature]*)

(dr. Aditya Bagus. D, M. Kes)

(Intan Kusumawati)



**RS MATA
UNDAAN**

**RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA
PERMINTAAN BARANG MEDIS NON RUTIN**

UNIT : KAMAR OPERAS

TANGGAL : 22 JANUARI 2022

NO	NAMA BARANG	MEREK	NO. KATALOG	JUMLAH	PERKIRAAN HARGA	KONDISI BARANG LAMA
1	FOOTSWITCH PEDAL	Roux 1	BL2290	@1 per		RUSAK
	STELLARIS PC	LOI		(satu)		
	→ Dibuatkan 10 dosis tablet			10 per		
	ada 11m 100					

Menyetujui
Ka. Unit
(Signature)

Mengetahui,
Ka. Wadir Yan Medik

Pemohon

Ka. Ins Farmasi

(*(Signature)*)

(dr. Aditya Bagus, D.M.Kes)

()

()

(Intan Kusumawati)





RS MATA
UNDAAN

No. :

Jl. Undaan Kulon No. 17 - 19 Surabaya
Telp. 031 5343806, 5319619, Fax. 031 5317503

FORM PERMINTAAN PERBAIKAN / PEMELIHARAAN KURATIF

Nama / Pelapor : Pak Zwei		Paraf Pemohon 
Unit & No. Extension : Kamar Operasi		
Tanggal / Jam : 19/01/22 / 11.44		
Mohon perbaikan/pengecekan : Pedal nya mesin Vitrox Bausch & Lomb mengalami kerusakan mesin dg SN WFC 13276. Mohon dicek (RL2290)		
Teknisi Pelaksana		Mengetahui Unit Kerja / Instalasi telah selesai dikerjakan
Nama Teknisi : Fiqi		Tanggal / Jam : 20/01/2022
Tanggal / Jam : 20/01/22 11.46		Ttd & Nama Terang : 
Kesimpulan / Hasil Kerja Sudah kami usahakan untuk perbaikan dan memanggil Teknisi, tetapi hasilnya nihil. Perlu untuk peremajaan aksesoris		
*Diisi Oleh Teknisi		

Putih : IPRS Merah : Unit Kerja / Instalasi Kuning : Lampiran untuk pengajuan spare part



**RS MATA
UNDAAN**

No. :

Jl. Undaan Kulon No. 17 - 19 Surabaya
Telp. 031 5343806 , 5319619, Fax. 031 5317503

FORM PERMINTAAN PERBAIKAN / PEMELIHARAAN KURATIF

Nama / Pelapor	: Pak Zewei	Paraf Pemohon
Unit & No. Extension	: Kamar Operasi	
Tanggal / Jam	: 19 / 01 / 22 / 11.36	

Mohon perbaikan/pengecekan : Foot Control pedal mesin Vitrix Bausch #Lomb
 dg SN : WFC 12755 mengalami kerusakan berulang kali
 (BL239D)

Teknisi Pelaksana

Nama Teknisi : Fiqri

Tanggal / Jam : 20/01/22 08.44

Kesimpulan / Hasil Kerja
 Kami sudah memperbaiki semampu kami,
 berulang kali, Tapi masih kurang maksimal.
 Follow up dari Vendor Pemasang, Pedal tsb
 Langsung diganti, karena mesin sensor nya habis
 *Diisi Oleh Teknisi

Mengetahui Unit Kerja / Instalasi telah selesai dikerjakan

Tanggal / Jam : 20 / 01 / 22

Ttd & Nama Terang :

Fekri Sujanto

Putih : IPRS **Merah** : Unit Kerja / Instalasi **Kuning** : Lampiran untuk pengajuan spare part

Tanggal : 24 Januari 2022
No. : 031/GSM-SPH/I/2022

Kepada Yth.
Direktur
Rumah Sakit Mata Undaan
Jl. Undaan Kulon No.19
Peneleh, Genteng
Jawa Timur 60274

Perihal : Penawaran Harga Spare Part

Berdasarkan hasil pengecekan Alat Phacoemulsifier Stellaris PC System , maka dibutuhkan pergantian beberapa spareparts. Berikut kami sampaikan penawaran harga sparepart yang dibutuhkan sbb:

• 100027094	INTEGRATED NEW DESAIN FOOT PEDAL	
	HARGA	Rp. 202.500.000,-
	DISKON 25%	<u>Rp. 50.625.000,-</u>
	HARGA SETELAH DISKON	Rp. 151.875.000,-
	PPN 10%	<u>Rp. 15.187.500,-</u>
	TOTAL HARGA	Rp. 167.062.500,-

Keterangan :

- Surat Penawaran Harga ini berlaku 60 (enam puluh) hari sejak Penawaran harga di buat

Demikianlah Penawaran Harga dari kami, Atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terimakasih.


Hormat kami,



PT. GLOBAL SELARAS MEDIKA

Mahardhika Renggali
Engineer

MS:
25/1/2022


MS

bisa ada penambahan diskon yang disarankan.