





ORIGINAL

 RS MATA UNDAAN Jl. Undaan Kulon No. 17 – 19 Surabaya 60274 Telp: 031-5319619, 5343806 Fax: 031-5317503	PENGUNAAN APD PETUGAS SENTRA STERILISASI		
	Nomor Dokumen : 1907/SPO/DIR/RSMU/VII/2022	Nomor Revisi : 003	Halaman : 1/2
Standar Prosedur Operasional	Tanggal Terbit : 26 Juli 2022	Ditetapkan Direktur,  RS MATA UNDAAN dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M(K)	
Pengertian	Aturan penggunaan APD di ruang Sterilisasi Sentral (SS) yang wajib dipatuhi.		
Tujuan	1. Mencegah infeksi silang. 2. Agar terlindung dari kecelakaan kerja.		
Kebijakan	Peraturan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Nomor : 1552/PER/DIR/RSMU/VII/2022 tentang Pedoman Kerja Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi.		
Prosedur	Persiapan Alat: 1. Baju <i>scrub</i> khusus ruang SS; 2. Masker; 3. <i>Cap</i> ; 4. Alas kaki; 5. Sarung tangan karet dan anti panas; 6. <i>Google</i> ; 7. <i>Apron</i> ; 8. <i>Handrub</i> . Waktu: Ketika akan memasuki atau bekerja di ruang Sentra Sterilisasi Petugas: Petugas Sentra Sterilisasi Tempat : Sentra Sterilisasi Pelaksanaan: 1. Cuci tangan dan kaki sebelum dan sesudah masuk ke area SS. 2. Ganti pakaian dari rumah dengan pakaian khusus SS (baju <i>scrub</i>), baju dari rumah bisa diletakkan di dalam loker atau digantungan baju yang sudah disediakan. 3. Gunakan APD <i>cap</i> (sampai menutupi seluruh kepala, rambut, dan daun telinga), masker bedah (menutupi mulut dan hidung), dan alas kaki.		

fu

ORIGINAL

 RS MATA UNDAAN Jl. Undaan Kulon No. 17 – 19 Surabaya 60274 Telp: 031-5319619, 5343806 Fax: 031-5317503	PENGUNAAN APD PETUGAS SENTRA STERILISASI		
	Nomor Dokumen : 1907/SPO/DIR/RSMU/VII/2022	Nomor Revisi : 003	Halaman : 2/2
Standar Prosedur Operasional	Tanggal Terbit : 26 Juli 2022	Ditetapkan Direktur,  dr.Sahata P.H. Napitupulu , Sp.M(K)	
Prosedur	4. Gunakan sarung tangan kain anti panas dan masker bila petugas akan mensterilkan atau mengeluarkan alat steril dari mesin autoclaf. 5. Lakukan pekerjaan sesuai dengan <i>jobdesc</i> yang sudah ditentukan.		
Instalasi Terkait	Instalasi Kamar Bedah dan Sentra Sterilisasi		

fa