

NOTA DINAS
NOMOR : 001/RSMU/LSK/IV/2021

Yth : dr. Aditya Bagus Djatmiko, M.Kes. / WAKIL DIREKTUR PELAYANAN
MEDIS
Dari : Larashati Wulyatie, S.Kep., Ns
Perihal : Servis handpiece moria tipe D2658
Tanggal Nota : 15-04-2021

Isi : Sehubungan dengan kerusakan alat Handpiece Moria tipe D2658 di Instalasi Lasik pada tanggal 15/04/2021 jam 08.15 dengan kerusakan handpiece saat di pergunakan posisi Foward tidak bisa kembali ke posisi Backward. Terkait hal tersebut kami memerlukan servis ke Prancis dengan estimasi waktu 2 bulan. Biaya servis belum bisa diketahui menunggu barang selesai di servis. Sebagai gambaran Tahun 2015 sebesar Rp 80.000.000

Demikian surat ini saya sampaikan, atas perhatiannya terima kasih

Balasan
Jawaban :

dr. Aditya Bagus Djatmiko, M.Kes. (15-04-2021)

B Laras, sdh ada laporan dari IPS/ATEM terkait kerusakan alat tsb? Dilengkapi rekomendasinya sebelum mbuat surat permintaan utk servis

Hormat Kami,
KEPALA INSTALASI LASIK



(Larashati Wulyatie, S.Kep., Ns)



**RS MATA
UNDAAN**

No. :

Jl. Undaan Kulon No. 17 - 19 Surabaya
Telp. 031 5343806 , 5319619, Fax. 031 5317503

FORM PERMINTAAN PERBAIKAN / PEMELIHARAAN KURATIF

Nama / Pelapor : Larashati wuliyati	Paraf Pemohon
Unit & No. Extension : Last	
Tanggal / Jam : 19/4/21 , 12.55	
Mohon perbaikan/pengecekan : part Hand piece Alat Moria tipe D2658 rusak	
Teknisi Pelaksana	Mengetahui Unit Kerja / Instalasi telah selesai dikerjakan
Nama Teknisi : fqrri	Tanggal / Jam : 19/4/21 jam 12.55
Tanggal / Jam : 19/4/21 12.57	Ttd & Nama Terang :
Kesimpulan / Hasil Kerja	
Sudah dilakukan upaya perbaikan hasilnya nihil, maka perlu tindak lanjut service ke pabrikannya di perancis JH	
*Diisi Oleh Teknisi	

Putih : IPRS Merah : Unit Kerja / Instalasi Kuning : Lampiran untuk pengajuan spare part