

LEMBAR DISPOSISI

TGL TERIMA	:	08 Februari 2022
NOMOR ARSIP	:	013/UM/02/2022
SIFAT	:	BIASA
NOMOR SURAT	:	039/GSM-SPH/I-22
PENGIRIM	:	KA INSTALASI KAMAR BEDAH & SS
TGL SURAT	:	24 Januari 2022
PERIHAL	:	Permintaan Posterior Modulle
DIREKTUR	:	TANGGAL : 09 February 2022 CATATAN : Ini sudah ada PO tanggal 28 Januari 2020, sesuai dengan penawaran. Kenapa ya pada invoice tagihannya ada perubahan harga dari PO nya.
INSTALASI KAMAR OPERASI	:	TANGGAL : 10 February 2022 CATATAN : PO tgl 28 Januari 2020 adalah Compresor internal stellarist sesuai rekomendasi teknisi (servis report), setelah dipasang ternyata mesin ttp tdk berfungsi, rekomendasi lanjutan kerusakannya pada module posterior bukan pada kompresornya, tgl 27 agustus 2020 dilakukan penggantian module posterior baru (back up), setelah dipasang mesin berfungsi dengan baik. surat penawaran (09-02-2022) adalah PO untuk module posterior bukan compresor
TGL PENYELESAIAN	:	10 Februari 2022

- Ace untuk PO dengan.
Catatan. + Bonus foot pedal.. 182390
- Jari kita kita perlu beli 2 foot pedal:
- 1) -1. untuk APO.
 - 2) -1 lagi dari Bonus PO. module posterior.

 18/2/2022

24

Tanggal : 16 Februari 2022
No. : 039R/GSM-SPH/I-22

Kepada Yth.

Direktur

Rumah Sakit Mata Undaan
Jl. Undaan Kulon No.19
Peneleh, Genteng
Jawa Timur 60274

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan harga Suku Cadang Stellaris PC, Merk Bausch & Lomb, Sbb :

BL2270	POSTERIOR ILLUMINATOR MODULE	
	Harga	Rp. 347.000.000,-
	Diskon 15%	<u>Rp. 52.050.000,-</u>
	Harga setelah diskon	Rp. 294.950.000,-
	Ppn 10%	<u>Rp. 29.495.000,-</u>
	Harga setelah ppn 10%	Rp. 324.445.000,-

Keterangan :

- Barang sudah terpasang pada alat Stellaris PC
- Diberikan bonus Footpedal baru BL 2390 (type lama)

Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Jika masih ada yang kurang jelas silahkan hubungi kami.

Hormat kami,



PT. GLOBAL SELARAS MEDIKA

Mahardhika

Sales Engineer

KRONOLOGIS KERUSAKAN DAN PERBAIKAN MESIN VITREKTOMI STELLARIS PC SN 00780

Stellarist PC SN 00780 dibeli pada 07 Januari 2012 (mesin 01)

Pada 01 Februari 2018 penambahan mesin Vitrektomi Stellarist PC SN 03583 karena penambahan kasus Vitreoretina (mesin 02)

Pada 21 Oktober 2019 mesin stellarist PC SN 00780 rusak dengan rekomendasi teknisi vendor perlu penggantian spare part compressor modul (servis report terlampir)

Pada 19 November 2019 ada penawaran harga dari vendor spare part compresor modul (terlampir)

Pada 28 Januari 2020 terbit PO compressor modul NGPC (terlampir)

Pada 17 Maret 2020 Pembelian Stellarist Elite SPC 04280 (mesin 03), instal dan uji fungsi mesin Stellarist Elite SPC sekaligus perbaikan mesin stellarist PC 00780 dengan mengganti compressor modul, akan tetapi mesin masih belum berfungsi dengan normal, Rekomendasi dari teknisi vendor untuk penggantian Posterior Module (back up).

Pada 25 Agustus 2020 Spare part Posterior Modul sudah datang di RSMU (tanda terima terlampir)

Pada 27 Agustus 2020 Spare part Posterior Modul (back up) dipasang , mesin berfungsi dengan baik (servis report terlampir)

Pada 09 November 2020 ada surat penawaran harga dari vendor untuk spare part Posterior Modul (terlampir)

Mesin Stellarist PC SN 00780 belum dioperasikan karena sudah datang mesin ke 3 (Stellarist Elite SPC 04280

Tahun 2021 mesin stellarist PC SN 00780 mulai dioperasikan karena adanya kekosongan stok cassette infinity, mesin stellarist PC SN 00780 berfungsi dengan baik

Pada 24 Januari 2022 diingatkan kembali oleh PT.Glosmed tindak lanjut tentang Surat Penawaran Harga dan pemasangan spare part Posterior Modul pada mesin Stellarist PC SN 00780 (terlampir)

Hormat Kami,

Ka.Instalasi Kamar Bedah & SS



Zwei Sujanto

Mengetahui

Staff Farmasi Kamar Bedah



Fendi Setiyanto

Staff IPSRS



Fiqri



RS MATA
UNDAAN

RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA PERMINTAAN BARANG MEDIS NON RUTIN

UNIT : KAMAR OPERASI

TANGGAL : 22 JANUARI 2022

NO	NAMA BARANG	MEREK	NO. KATALOG	JUMLAH	PERKIRAAN HARGA	KONDISI BARANG LAMA
1.	Posterior Module	Bausch & Lomb	BL-2270	1 pc		Rusak
	→ Saat kontrol rutin, nilai dari kompresor yg dikembalikan hingga pemasangan spare part posterior module, beserta pengisian terlampir belum dibuatnya PO pd saat itu					

Menyetujui
Ka. Unit OK & S.S.

Mengetahui,
Ka. Wadir Yan Medik

Pemohon

Ka. Ins Farmasi

()

(dr. Aditya Bagus D.M. Kes)

(

)

(Intan Kusumawati)



RS MATA
UNDAAN

RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA
PERMINTAAN BARANG MEDIS NON RUTIN

UNIT : KAMAR OPERASI

TANGGAL : 22 JANUARI 2022

NO	NAMA BARANG	MEREK	NO. KATALOG	JUMLAH	PERKIRAAN HARGA	KONDISI BARANG LAMA
1.	Posterior Module	Rausch 9	BL-2230	1 pc		Rusak
		lens				
	→ Bukt kerusakan lensa dari kompresor yg disebabkan karena selama proses perawatan posterior module terjadi peralihan lensa karena di buatnya PO pd saat itu					
					24/1/22	

Menyetujui
Ka. Unit
(Signature)

Mengetahui,
Ka. Wadir Yan Medik

Pemohon

Ka. Ins Farmasi

(*(Signature)*) (dr. Aditya Bagus.D.M.Kes) (*(Signature)*) (Intan Kusumawati)

Jakarta : 9 November 2020
No : 290/GSM/XI-20
Hal : Penawaran Harga

Kepada Yth.

Direktur

Rumah Sakit Mata Undaan

Jl. Undaan Kulon No.19

Peneleh, Genteng

Jawa Timur 60274

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan harga Suku Cadang Stellaris PC, Merk Bausch & Lomb, Sbb :

BL2270	POSTERIOR ILLUMINATOR MODULE	
	HARGA	Rp. 347.000.000,-
	DISKON 15%	<u>Rp. 52.050.000,-</u>
	NETT	Rp. 294.950.000,-

Keterangan : - Barang Ready Stock
- **Harga Belum termasuk PPN 10 %**

Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Jika masih ada yang kurang jelas silahkan hubungi kami.

Hormat kami,



PT. GLOBAL SELARAS MEDIKA

Mahardhika

Sales Engineer

Tanggal : 24 Januari 2021
No. : 039/GSM-SPH/I-22

Kepada Yth.
Direktur
Rumah Sakit Mata Undaan
Jl. Undaan Kulon No.19
Peneleh, Genteng
Jawa Timur 60274

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan harga Suku Cadang Stellaris PC, Merk Bausch & Lomb, Sbb :

BL2270	POSTERIOR ILLUMINATOR MODULE	
	Harga	Rp. 347.000.000,-
	Diskon 15%	<u>Rp. 52.050.000,-</u>
	Harga setelah diskon	Rp. 294.950.000,-
	Ppn 10%	<u>Rp. 29.495.000,-</u>
	Harga setelah ppn 10%	Rp. 324.445.000,-

Keterangan :

- Barang sudah terpasang pada alat Stellaris PC

Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Jika masih ada yang kurang jelas silahkan hubungi kami.

Hormat kami,

 
PT. GLOBAL SELARAS MEDIKA

Mahardhika
Sales Engineer

*Ass : Tolong diusahakan untuk pengiriman atau penambahan
diskon 25/2022
Fave
Fusi*

PT. Global Selaras Medika
Pulogadung Trade Center Blok A8 No. 7
Kawasan Industri Pulogadung
Jl. Raya Bekasi - Jakarta
Telp : 021 - 468 32680
Fax : 021 - 468 29475

TANDA TERIMA

Messers :

No : 0154 / 08 - 2020
Tgl : 25-Agu-20

RSM. Undaan
Jl. Undaan Kulon No. 19
Surabaya - Jawa Timur

Up : Bpk. Fendi (Gudang Farmasi

No	Cat. No.	Particulars	Unit	Qty.
1	BL - 2270	Posterior Modulle SN : PIM 04416 Note : - Mohon Tanda Terima ini Di Tanda Tangan Dan Di WA - Ke No Hp Glosmed Jika Barang Sudah Di Terima	Pc	1

Yang Menyerahkan,


PT. GLOBAL SELARAS MEDIKA

Yang Menerima,


RSMATA
UNDAAN

BUKTI PERBAIKAN

No. Referensi : **GLOSMED/TEK/BP/ 2020 / 08 / 006**

Nama Pelapor : **Bapak zwei**

No. Telp./Hp. Pelapor : **0812 3553 8364.**

Nama Instansi : **RS Mata Undaan**

Alamat Instansi : **21. undaan kulon No. 19**

No. Telp./Email :

Nama Barang : **Stellaris PC**

No. Seri : **SPC 00780**

Jenis Kerusakan / Keluhan : **Vitrektomi tidak berfungsi dengan baik**

Teknisi yang menangani : **Dhika**

Perbaikan yang dilakukan : **- Compare Posterior module
- Backup Module**

Sparepart yang diinstall : **jika ada, sebutkan : Posterior module
sn: PIM 04416**

Lama waktu perbaikan :

PT. Global Selaras Medika

Pemohon


Mahardhika

Tanggal : **27 Agustus 2020**


 **RS MATA
UNDAAN**
Zewi Sijanto

Tanggal : **27 Agustus 2020**

RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA

PERMINTAAN BARANG MEDIS NON RUTIN

UNIT : Oc & SS

TANGGAL : 19 November 2019

NO	NAMA BARANG	MEREK	NO. KATALOG	JUMLAH	PERKIRAAN HARGA	KONDISI BARANG LAMA
1.	COMPRESSOR MODULE - MEPC	Barch & Conn	BL 2282	1 pcs	Rp. 188.373.600,-	RUSAK

Menyetujui
Ka. Unit
(Signature)

Mengetahui,
Wadir Yan Medik
(Signature)

Pemohon
(Signature)

Ka. Ins. Farmasi
(Signature)

(*(Signature)*)

(dr. Ria Sylvia, SpM)

(*(Signature)*)

(Intan Kusumawati)

Jakarta : 19 November 2019
No : 344/GSM/XI-19
Hal : Penawaran Harga

Kepada Yth.
Direktur
Rumah Sakit Mata Undaan
Jl. Undaan Kulon No.19
Peneleh, Genteng
Jawa Timur 60274

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan harga Suku Cadang Stellaris PC, Merk Bausch & Lomb, Sbb :

BL2282	COMPRESSOR MODULE-NGPC	
HARGA		Rp. 221.616.000,-
DISKON 15%		<u>Rp. 33.242.400,-</u>
HARGA		Rp. 188.373.600,-

Keterangan : - Barang Ready Stock
- Jika Indent max 2 bulan
- Harga Belum termasuk PPN 10 %


Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Jika masih ada yang kurang jelas silahkan hubungi kami.

Hormat kami,



GLOBAL SELARAS MEDIKA

Mahardhika
Sales Engineer

13/11/2019

2019.11



Surabaya, 28 Januari 2020

Nomor : 199/RSMU/UMKEU/I/2019
Lampiran : -
Perihal : Pemesanan *Sparepart* Stellaris PC, Merk Bausch & Lomb

Yth. Pimpinan PT. Global Selaras Medika

di Tempat

Dengan hormat,

Berdasarkan surat penawaran nomor : 344/GSM/XI-19 tanggal 19 November 2019 perihal Penawaran Harga, maka kami setuju dengan penawaran tersebut, sebagai berikut :

No.	Deskripsi	Part Number	Qty	Harga Total
1.	Compressor Modul-NGPC	BL2282	1 Pcs	Rp. 221.616.000,-
Diskon 15%				(Rp. 33.242.400,-)
Grand Total				Rp. 188.373.600,-

Keterangan :

- Harga belum termasuk PPN 10%
- *Indent* 60 (enam puluh) hari
- Pembayaran melalui transfer ke rekening a/n PT Global Selaras Medika
 - Bank BCA Cabang Tanah Abang Zona 3 – Nomor Rekening 3363000441

Demikian yang kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Hormat Kami,
Direktur RS. Mata Undaan

 **RS MATA
UNDAAN**

dr. Sudjarno, Sp.M (K) 



Stellaris PC Field Service Report

Bausch & Lomb

3365 Tree Court Industrial Blvd

St. Louis, MO 63122

SR Number:

Phone: 800-338-2020

Fax: 636-226-3070

Customer Location

Customer Name

Client / Surgery

Region

Street

ZIP / City Code

City

State

Country

Customer Phone

Customer Fax

Customer Email

Customer Name

System Information

System Serial No

First Installation Date

Service Extension

Out Of Box Failure

Service Record

Request Code

SR Status

B+L Send Date

1. Service Action Code

Service Date

Service Engineer (SE)

2. Service Action Code

Service Order / Billing Data

Billing / Contract Type

Service No / Contract No

P.O. No

Request Date

Request Time

Symptom Code(s)

- 1. CPX 12
- 2. CPX 14
- 3. CPX 20

Problem Description

- Viscous fluid extraction vacuum is low
- External supply pressure is low
- The internal air pressure apply to the vacuum fluidic modif is high

Fixing Code(s)

1.

2.

3.

4.

Problem Solution

- Perlu dilakukan penggantian part pada modul compressor

Error Message

CPX 12, CPX 14, CPX 20.

Service Parts Removed

Qty

Part No

Description

Serial No

HW Version

SW Version

Dept Service

Dept Location

Parts Tracking

Loaner Bar No

Loaner Status

Service Parts Installed

Qty

Part No

Description

Serial No

HW Version

SW Version

Parts Tracking

See Comments

Time and Costs

Currency

Service Time and Costs

Travel Expenses

Travel ID

Labor ID

Travel ID

Labor ID

Airfare

Hotel

Rental Car

Other

Travel Costs

Total Costs

Patient Involvement

Patient Involvement Reported by Customer?

Patient Impact Reported by Customer?

Final System Release

Service Status

Date

Customer Acknowledgements of Service/ Customer Representative

Service Representative

PT GLOSMED SELARAS MEDIKA



Stellaris PC Field Service Report

Set Number:

Service Date:

User Interface Computer

Screen Rotate and Tilt → Module Recognition → Audio → Touch Screen → USB Port and File Storage

Pass ☒ Fail

Electromechanical Base/ Skins

Casters Operate → Brake Mechanism → Surgical Tray & Arm → Accessory Drawer → IV Pole Hanger → Foot Control & Power Cord
Hangers → Bumpers & Rub Straps → Skin InspectionPass ☐ Fail

Ultrasound

Coagulation Connector LED Functionality → Ultrasound Connector LED Functionality

Action	Value	Pass	Fail	Action	Value	Pass	Fail
Coagulation 100% (84Vpp- 139Vpp)				Ultrasound 100% (49.3Vpp- 64.7Vpp)			
		Pass	☒	Fail			

Vacuum Module

Cassette Identification → Cassette Type Recognition → Cassette Capture → Cassette Vacuum Test → Left side LED → Irrigation Flush → Right side LED → Reflux Test → Vitrackomy Connector LED Functionality → Vitrackomy Output

Action	Value	Pass	Fail	Action	Value	Pass	Fail
Vacuum 15mmHg (±5mmHg)				Vacuum 100mmHg (±5mmHg)			
Vacuum 50mmHg (±5mmHg)				Vacuum 600mmHg (±30mmHg)			
		Pass	☒	Fail			

Compressor

Pressurized Infusion Connector LED Functionality

Ion	PI, F/AX, VFI	Value	Pass	Fail	Action	Value	Pass	Fail
PI Pressure 150mmHg (± 15mmHg)					VFI Vacuum 200mmHg (± 20mmHg)			
F/AX Pressure 20mmHg (± 5mmHg)					VFI Vacuum 600mmHg (± 30mmHg)			
F/AX Pressure 80mmHg (± 5mmHg)					VFI Pressure 20 psi (± 5 psi)			
F/AX Pressure 150mmHg (± 15mmHg)					VFI Pressure 40 psi (± 5 psi)			
					VFI Pressure 70 psi (± 7 psi)			