

Surabaya, 07 Oktober 2020

Nomor : 1300/RSMU/DIR/X/2020
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : Tindak Lanjut Rekredensialing BPJS Kesehatan

Yth. **Kepala Cabang Utama BPJS Kesehatan Surabaya**
di Tempat

Dengan hormat,

Menindaklanjuti kegiatan Rekredensialing BPJS Kesehatan pada RS. Mata Undaan Surabaya yang dilakukan pada tanggal 24 September 2020 melalui *Zoom Meeting*. Bersama ini kami sampaikan dan lampirkan hasil perbaikan dan tindak lanjut temuan dari kegiatan Rekredensialing BPJS Kesehatan oleh RS. Mata Undaan Surabaya.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
Plt. Direktur,



RS MATA
UNDAAN

dr. Ria Sylvia Hustaini, Sp.M

Tembusan : 1. Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya;
2. Ketua PERSI Jawa Timur.



**RS MATA
UNDAAN**



Lampiran I


Nomor : 1300/RSMU/DIR/X/2020

Perihal : Tindak Lanjut Rekredensialing BPJS Kesehatan

HASIL TINDAK LANJUT REKREDENSIALING BPJS KESEHATAN PADA RS. MATA UNDAAN SURABAYA 2020/2021

NO	HASIL TEMUAN	TINDAK LANJUT	DOKUMENTASI
1	Dokter, Perawat, Apoteker yang Surat Izin Praktik/ Surat Izin Kerja sudah tidak berlaku/ habis seharusnya ada Surat Keputusan Direktur tentang pemberhentian sementara.	1) Saat ini yang dilakukan oleh rumah sakit adalah memberikan informasi kepada unit pelayanan terkait melalui Surat Edaran 2) Penyusunan regulasi terkait prosedur pemberhentian sementara.	Surat Edaran pada Lampiran II
2	Kalibrasi Alat yang belum dilakukan untuk segera dilaksanakan.	Kalibrasi Alat yang belum terlaksana, sudah dijadwalkan dengan vendor/distributor, karena BPFK tidak dapat melakukan kalibrasi pada alat tersebut.	Daftar Alat pada Lampiran III

NO	HASIL TEMUAN	TINDAK LANJUT	DOKUMENTASI
3	<p>Alur Udara di ruang isolasi Instalasi Gawat Darurat belum terlihat.</p>	<p>Ruang isolasi Instalasi Gawat Darurat sudah dilengkapi dengan tata udara menggunakan sistem <i>Hybrid</i>.</p>	
4	<p>Penyimpanan obat/ <i>Emergency Kit</i> di ambulans</p>	<p>Obat/ <i>Emergency Kit</i> di ambulans disimpan di ruang IGD dan akan diletakkan/ dipindah ke ambulans ketika diperlukan.</p>	

NO	HASIL TEMUAN	TINDAK LANJUT	DOKUMENTASI
5	Laporan bulanan Dinas Kesehatan Bulan Agustus belum diterima.	Laporan bulanan sudah dikirim berupa <i>Softcopy</i> melalui email pada tanggal 14 September 2020 dan <i>Hardcopy</i> pada tanggal 01 Oktober 2020.	
6	Jumlah Tempat Tidur di Ruang Pemulihan minimal 1,5 kali jumlah Kamar Operasi.	Jumlah TT di Ruang Pemulihan ada 3 TT dan 8 Sofa, dengan pertimbangan Operasi dengan <i>General Anestesi</i> dilakukan di dua Kamar Operasi, sehingga total Tempat Tidur di Ruang Pemulihan disiapkan 3 TT.	

NO	HASIL TEMUAN	TINDAK LANJUT	DOKUMENTASI
7	Tidak ada Perjanjian Kerjasama dengan PMI untuk pelayanan Bank Darah.	Akan dilakukan pembuatan perjanjian dengan PMI terkait pelayanan Bank Darah.	-

Hormat Kami,
Plt. Direktur,



**RS MATA
UNDAAN**

dr. Ria Sylvia Hustantini, Sp.M



RS MATA
UNDAAN

SURAT EDARAN
NOMOR: 811 /SE/DIR/RSMU/V/2020

TENTANG
PEMBERHENTIAN SEMENTARA PEMBERIAN ASUHAN PASIEN

Kepada :

Yth. Seluruh Unit Pelayanan RS. Mata Undaan Surabaya

Menindaklanjuti :

Surat Nomor : 292/RSMU/HRD/II/2020 Tanggal 13 Februari 2020 Perihal Masa Berlaku STR dan SIK.

Sehubungan dengan akan habisnya masa berlaku Surat Izin Kerja/ Surat Izin Praktik Tenaga Medis dan Tenaga Keperawatan dan hingga saat ini belum ada pembaharuan dokumen, maka disampaikan beberapa ketentuan, yaitu :

1. Daftar Nama Tenaga Medis dan Tenaga Keperawatan terlampir.
2. Tenaga Medis dan Tenaga Keperawatan yang tidak memperbaharui Surat Izin Kerja/ Surat Izin Praktik hingga tanggal berakhirnya masa berlaku, maka tidak dapat memberikan asuhan kepada pasien.
3. Tenaga Medis dan Tenaga Keperawatan tersebut dapat memberikan asuhan pasien kembali jika Surat Izin Praktik/ Surat Izin Kerja yang bersangkutan telah diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Kota Surabaya.
4. Seluruh Kepala Instalasi/ Unit Pelayanan yang terkait wajib mengatur jadwal kerja Yang Bersangkutan sehingga tidak mengganggu pelayanan.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan dan akan dilakukan evaluasi apabila diperlukan.

Dikeluarkan di Surabaya
Pada tanggal 16 Mei 2020

Pt. Direktur, 


RSMATA
UNDAAN

dr. Ria Sylvia Hustantini, Sp.M



RSMATA
UNDAAN

Lampiran I

Nomor: 811 /SE/DIR/RSMU/V/2020

DAFTAR NAMA TENAGA MEDIS DAN TENAGA KEPERAWATAN

No	Nama	Unit Kerja	Masa Berlaku STR dan SIK
1	Fitri Rusdiana, A.Md. Kep.	Instalasi Rawat Jalan	30 Mei 2020
2	dr. Lydia Nuradianti, Sp.M	Tenaga Medis	04 Juni 2020
3	Dian Erlita Sari, A. Md. Kep.	Instalasi Rawat Inap	24 Juni 2020
4	Dian Hadi Kuncoro, S.Kep., Ns.	Instalasi Kamar Operasi	30 Juni 2020

Dikeluarkan di Surabaya
Pada tanggal 16 Mei 2020

Plt. Direktur, *li*

 RSMATA
UNDAAN

dr. Ria Sylvia Hustantini, Sp.M

Lampiran III

Nomor : 1300 /RSMU/DIR/X/2020

Perihal : Tindak Lanjut Rekredensialing BPJS Kesehatan

LAPORAN KALIBRASI ALAT MEDIS RUMAH SAKIT MATA UNDAAN

NO	UNIT	JUMLAH	WAJIB KALIBRASI		TIDAK WAJIB KALIBRASI	KET
			TERKALIBRASI	BELUM TERKALIBRASI		
1.	IGD	32	25	0	7	-
2.	CSSD	7	2	2	3	Jadwal kalibrasi pada bulan Desember
3.	Laboratorium	6	5	0	1	-
4.	LASIK	16	7	0	6	-
5.	Penunjang Medis	20	5	0	5	-
6.	Rawat Jalan	62	14	0	48	-
7.	Rawat Inap	38	29	1	8	Rusak
8.	Kamar Operasi	41	17	0	23	-
Total Keseluruhan		222	118	17	101	

Surabaya, 06 Oktober 2020

Kepala Instalasi Pemeliharaan Sarana Prasarana,



**RSMATA
UNDAAN**

Sudarto

DAFTAR KALIBRASI PERALATAN MEDIS 2020

RUANG : Laboratorium

No.	Nama Alat	Merk	Type	Serial Number	Kondisi	Kalibrasi		JADWAL												KETERANGAN						
						Oleh	Tanggal	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES							
1	Kulkas Obat	Toshiba	GR-69P	GP9 2506120095	Baik	IPM	31 Jan 20																			
2	Centrifuge	Digisystem	DSC 158	82020972	Baik	IPM	31 Jan 20																			
3	Mikroskope	Olympus	CX-21 FSI	-	Baik	IPM	31 Jan 20																			
4	Mikropipette	Dragon Onemed		LA0003204	Baik	IPM	31 Jan 20																			
5	Mikropipette	Dragon Onemed		YL4A038896	Baik	IPM	31 Jan 20																			
6	Photometer	Robert Riele KG	5010 V5+	13539	Baik	RAJAWALI	14-Apr-20																			

 : Bulan pelaksanaan kalibrasi

 : Peralatan medik Tidak wajib kalibrasi

